

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՍԱՐԹԵԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Micromed BrainQuick EEG System with SD PLUS Research amplifier (48-channel configuration)	BrainQuick	Micromed SD PLUS Research (BrainQuick EEG System)	MICROMED S.p.A	ԷԷԳ համակարգ Վիդեոէլեկտրոէնցելոգրաֆ սարք, որն օգտագործվում է գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը գրանցելու համար: Այն Նախատեսված է կլինիկական արդյունավետությունը բարձրացնելու և տվյալների կառավարումն ավտոմատացնելու համար Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. 40 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)` մասնագիտացված հետազոտական կոնֆիգուրացիաներով, բարձր

նմուշառման հաճախականությամբ
և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով՝
համալիր մոնիթորինգ
իրականացնելու համար Ինտուիտիվ
և օգտագործման համար հարմար
դիզայն Սովորական EEG
հետազոտությունների պարզեցված
իրականացում. Բարձր մակարդակի
հարմարեցվող աշխատանքային
գործընթացներ Տվյալների
կառավարման ավտոմատացված
գործառույթներ Տարբեր
դասավորության ընտրանքներ՝
ներառյալ հետազոտության տեսակ,
աշխատանքային փուլ և պացիենտի
տեսք Հաշվետվությունների
ինտեգրված ստեղծում ձայնային
թելադրանքով Օգտագործողի
կարգավորումների
անհատականացում մեկ
միասնական աշխատանքային
կայանում EEG ծրագրային
ապահովում. Ինտուիտիվ
օգտագործողի ինտերֆեյս՝
կարգավորվող գործիքագոտով
Ներառված տվյալների
կառավարման գործառույթ՝
տվյալների բազայի և պացիենտների
կառավարման համար Նոպաների

հայտնաբերման և տեղեկությունների վերլուծության ընդլայնված ալգորիթմներ՝ առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Իրադարձությունների հայտնաբերման և վերլուծության հզոր գործիքներ՝ ներառյալ. սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ Հիվանդի մահճակալի մոտ տվյալների հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն Համակարգը պետք է ապահովի հետևյալ տվյալների գրանցում. Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Վիդեո-EEG, Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO₂ Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Բոլոր ալիքների DC ռեժիմի միացման հնարավորություն՝ մի

քանի կոնֆիգուրացիաներով Քնի
անալիզի ծրագրային ապահովման
ավելացման հնարավորություն
Կոմպակտ ուժեղացուցիչի
առկայություն Ուժեղացուցիչ. ADC`
24 բիթ Նմուշառման
հաճախականություն` 16 կՀց / ավիք
40 ընդհանուր հղման ավիք, որոնցից
16-ը բիպուլար 2 բիպուլար մուտք`
հրահրված պոտենցիալների համար
2 ավիք ինդուկտիվ շնչառական
գոտու համար Պուլսօքսիմետրիայի
ավիքի առկայություն 1 մարկերային
ավիք Յուրաքանչյուր մուտքի համար
իմպեդանսի որակի LED ցուցիչ
Թվային դիսպլեյ Ճրագային
ապահովում. Դերային
հասանելիության կառավարման
համակարգ` HIPAA/GDPR
պահանջներին համապատասխան
Ավտոմատ տվյալների արխիվացման
կարգավորելի հնարավորություն HL7
երկկողմանի ինտեգրում HIS/EMR
համակարգերի հետ
Իրադարձությունների
հայտնաբերման և տեղեկությունների
վերլուծության հզոր գործիքներ MRI
և CT պատկերների հետ
սինխրոնիզացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
Смартэл 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом				<p>հնարավորություն՝ էլեկտրոնների տեղադրման պլանավորման համար Հաշվետվությունների արտահանում՝ Microsoft word, PDF, HTML ֆորմատներով Լրացուցիչ սարքավորում. Full HD տեսախցիկի առկայություն՝ սինխրոնացված վիդեո մոնիթորինգի համար, արձալակի 1920 x 1080, 25 ՀՀ ԱՆ ԸՆԴԱՄԻՔ-2026/42 նի՞՞շե կադր/վրկ, թվային խոշորացումը</p>
представляет полное описание предлагаемого им товара.				16x Լրացուցիչ պարագաներ.
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
6				<p>Լրացրալին տալիչ արևայությունն տեխնիկական հատկանիշները</p> <p>առկայություն Համակարգիչի կամ նորթրուքի առկայություն Լուսային ստիմուլյատորի առկայություն ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների, անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայություն Անվտանգության ստանդարտներ.</p> <p>Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և</p>

				<p>մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ</p>
--	--	--	--	--