ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԷԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Micromed BrainQuick EEG System with SD PLUS Research amplifier (48-channel configuration)	BrainQuick	Micromed SD PLUS Research (BrainQuick EEG System)	MICROMED S.p.A	ԷԷԳ համակարգ Վիդեոէլեկտրոէնցելոգրաֆ սարք, որն օգտագործվում է գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը գրանցելու համար: Այն նախատեսված է կլինիկական արդյունավետությունը բարձրացնելու և տվյալների կառավարումն ավտոմատացնելու համար Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. 40 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)՝ մասնագիտացված հետազոտական կոնֆիգուրացիաներով, բարձր

						նմուշառման հաճախականությամբ և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով՝ համալիր մոնիթորինգ իրականացնելու համար Ինտուիտիվ և օգտագործման համար հարմար դիզայն Սովորական EEG հետազոտությունների պարզեցված իրականացում. Բարձր մակարդակի հարմարեցվող աշխատանքային գործընթացներ Տվյալների կառավարման ավտոմատացված գործառույթներ Տարբեր դասավորության ընտրանքներ՝ ներառյալ հետազոտության տեսակ, աշխատանքային փուլ և պացիենտի տեսք Հաշվետվությունների ինտեգրված ստեղծում ձայնային թելադրանքով Օգտագործողի կարգավորումների անհատականացում մեկ միասնական աշխատանքային կայանում EEG ծրագրային ապահովում. Ինտուիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ կարգավորվող գործիքագոտով Ներառված տվյալների կառավարման գործառույթ՝ տվյալների բազայի և պացիենտների կառավարման համար Նոպաների

						հայտնաբերման և տենդենցների վերլուծության ընդլայնված ալգորիթմներ՝ առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Իրադարձությունների հայտնաբերման և վերլուծության հզոր գործիքներ՝ ներառյալ. սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ Հիվանդի մահճակալի մոտ տվյալներին հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն Համակարգը պետք է ապահովի հետևյալ տվյալների գրանցում. Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Վիդեո-EEG, Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO_2 Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Բոլոր ալիքների DC ռեժիմի միացման հնարավորություն՝ մի

						քանի կոնֆիգուրացիաներով Քնի անալիզի ծրագրային ապահովման ավելացման հնարավորություն Կոմպակտ ուժեղացուցիչի առկայություն Ուժեղացուցիչ. ADC՝ 24 բիթ Նմուշառման հաճախականություն՝ 16 կՀց / ալիք 40 ընդհանուր հղման ալիք, որոնցից 16-ը բիպոլար 2 բիպոլար մուտք՝ հրահրված պոտենցիալների համար 2 ալիք ինդուկտիվ շնչառական գոտու համար Պուլսօքսիմետրիայի ալիքի առկայություն 1 մարկերային ալիք Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի որակի LED ցուցիչ Թվային դիսպլեյ Ծրագրային ապահովում. Դերային հասանելիության կառավարման համակարգ՝ HIPAA/GDPR պահանջներին համապատասխան Ավտոմատ տվյալների արխիվացման կարգավորելի հնարավորություն HL7 երկկողմանի ինտեգրում HIS/EMR համակարգերի հետ Իրադարձությունների հայտնաբերման և տենդենցների վերլուծության հզոր գործիքներ MRI և CT պատկերների հետ սինխրոնիզացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Смартэл ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					հնարավորություն՝ էլեկտրոդների տեղադրման պլանավորման համար Հաշվետվությունների արտահանում՝ Microsoft word, PDF, HTML ֆորմատներով Լրացուցիչ սարքավորում. Full HD տեսախցիկի առկայություն՝ սինխրոնացված վիդեո մոնիթորինգի համար, լուծաչափը 1920 × 1080, 25 կադր/վրկ, թվային խոշորացումը 16x Լրացուցիչ պարագաներ. Լազերային տպիչի առկայություն Ստեղնաշարի և մկնիկի առկայություն Համակարգիչի կամ նոթբուքի առկայություն Լուսային ստիմուլյատորի առկայություն ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների, անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայություն Անվտանգության ստանդարտներ. Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և

					մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ