

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ավտոռեֆ կերատոմոտեր Ռեֆռակտոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապագոն Առնվազն՝ սֆերա՝ -30.00-ից +25.00 D (VD = 12mm) (0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից ±12.00 D (0,01/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Չափման համար անհրաժեշտ բբի դիամետրը Ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբի դի դամետրը Առավելագույնը՝ 2 mm Կեռատոմետրիայի չափման անհրաժեշտ դիապագոն Առնվազն՝ Կորուքյան շառավիղը՝ 5.00 -ից

13.00 մմ (0.01 մմ քայլերով) Ռեֆռակտիվ ուժը՝ 29.56D-ից 67.50 D(0.12 / 0.25 D քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժը՝ 0 -ից ± 12.00 D (0.01/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Միջբբային հեռավորության չափման անհրաժեշտ դիապազոն Առնվազն՝ 30-ից 85 մմ Բբիդի դամետրի չափման անհրաժեշտ դիապազոն Առնվազն՝ 1.0-ից 10.0 մմ (0.1 մմ քայլերով) Եղջերաթաղանթի դիամետրի չափման անհրաժեշտ դիապազոն Առնվազն՝ 10.0 to 14.0 մմ (0.1 մմ քայլերով) Հեռվի և մոտի տեսողության սրության որոշման հնարավորություն Առնվազն՝ 0.1, 0.1, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0, 1.25 կամ 20/200, 20/200, 20/80, 20/60, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20/20, 20/16 Հեռվի և մոտի տեսողության շտկման անհրաժեշտ դիապազոն Առնվազն՝ սֆերա՝ -20.00-ից +20.00 D (VD = 12mm) (0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝ 0 -ից ± 8.00 D (0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Էկրանի դիամետրը Առնվազն՝ 6.5 դյույմ Անհրաժեշտ հնարավորություններ

				Առնվազն՝ աֆտոջափման հնարավորությամբ , բբի դիամետրի չափման հնարավորությամբ, աջ և ծախ աչքերի ավտոճանաչման հնարավորությամբ, , X-Y-Z ավտո- որոնման հնարավորությամբ, ինտեգրված տպիչ, կերատոմետրիայի չափման հնարավորություն՝ բացառելով իջաց կոպի արտեֆակտը (օղակածև չափում), կատարակտայի ինդեքսի տրամադրում Ներառված աքսեսուարներ Առնվազն՝ տպիչի թուղթ, սնուցման լար, միացման մալուխ, , փոշուց պաշտպանող ծածկույթ, աչքի գնդածև մոդել, Ինտերֆեյս Առնվազն՝ LAN, USB, RC-232C Որակի հավաստագրեր Առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485, EU Declaration of Conformity, FDA Մատակարարման պայմաններ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, Տեղադրում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/16-1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					