ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ուլտրաձայնային սարքավորումներ Mindray Z60	ուլտրաձայնային սարքավորումներ Mindray Z60	Mindray Z60	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Որովայնային,

						մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դույմ Սկանավորմանմեթոդներ (ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս Էլեկտրոնայինգծային Էլեկտրոնային սրտաբանականֆազային Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս): 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW, գունավորդոպլեր (CDI), հյուսվածքային և զտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI), էներգետիկդոպլեր և ուղղորդվածէներգետիկդոպլերպատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալպատկերավորում (TSI), տրապեցանմանպատկերավորում: Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.

						256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CDI + CW, B + PDI + CW Հարմոնիկպատկերավորում - բոլոր տվիչներիհետակտիվացմանհնարավորություն Յուրաքանչյուրտվիչի և սկանավորմանյուրաքանչյուրռեժիմիհամարոչպակաս, քաներեքընտրովիհաճախականություններ Անհատականռեժիմներումպատկերիստացմանալգորիթմիօպտիմալացման և աղմուկինվազեցմանհնարավորություն Անատոմիականկառուցվածքներիհայտնաբերումըբարելավելուհամարօպտիմալացմանառկայություն Տրապեցանմանպատկերավորումբոլորգծայինտվիչներիօգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների, կմախքա-մկանային և վահանագեղձիպատկերովորմանռեժիմներումկիրառմանհամար Տվիչիմիաժամանակմիացմանհամարակտիվկոնեկտոր, ոչպակաս, քան՝ 3 Պատկերիձևաչափը. Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևիպատկերավորում B ռեժիմ. Ուլտրաձայնիհուժեղացում՝ կարգավորվող Խորությունը,

						ոչպակաս, քան՝ 40 սմ Պատկերիխոշորացում, ոչպակասքան՝ 10 անգամ Դինամիկտիրույթը, ոչպակաս, քան՝ 180 դբ Հյուսվածքայինպատկերավորմանօպտիմիզացիայիառնվազն 4 տեսակ (օրինակ ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատօպտիմալացմանառկայություն Իմպուլս-ալիքայինռեժիմումարագությանմիջակայք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ Դիրքի և ծավալիկարգավորումիմպուլսալիքայինդոպլերիհամար, ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհատալիքայինդոպլերռեժիմումարագությանմիջակայք, ոչպակաս, քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլորստանդարտները B, M և դոպլերռեժիմներում Որովայնիխոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքրմասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտկենսաչափությանհաշվետվություններ և օգտագործողիկողմիցընտրովիհաշվետվություններ, բոլորհաշվետվություններըավ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					տոմատկերպովպահվումենհամակարգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք Էլեկտրաէներգիայիսնուցումը `220Վ / 50Հց Տվիչներիլրակազմ. Էլեկտրոնայինկոնվեքս. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչպակասքան 7 ՄՀց Բացվածքը ՝ 50 մմ-իցոչպակաս Էլեկտրոնայինգծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչպակասքան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-իցոչպակաս Էլեկտրոնայինֆազայինսրտաբանականտվիչ.Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց,վերինը՝ ոչպակասքան 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 90 աստիճան Երաշխիք ՝ ոչպակաս, քան 12 ամիս Համակարգիկարգաբերում և ուսուցումներտիֆիկացվածմասնագետիկողմից Սարքըպետք է լինինոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածուներառում է բոլորանհրաժեշտլրացուցիչպարագաները `սարքավորոմանամբողջականգործարկմանհամար Ստանդարտներ (փաստաթղթայինապացույց

					(վկայականներիպատճեն): ISO13485 կամհամարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA