

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Aohua VCC series	Aohua	<p>Aohua AQ-100 Էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ Էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ` FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն` պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը` 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը` առնվազն 170°, ֆոկուսային խորությունը` ոչ պակաս քան 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը` ոչ ավել քան 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը` ոչ ավել քան 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը` ոչ պակաս քան 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները` առնվազն 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը` առնվազն 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը` ոչ ավել քան 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից` 2 մմ, ջուր/օդ կափյուրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի</p>

		<p>հնարավորություն, Էնդոսկոպի վրա Էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար առնվազն 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ առնվազն 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, առնվազն 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, առնվազն 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, առնվազն 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում պետք է առկա լինեն բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, լինեն նոր, համատեղելի միմյանց հետ, լինեն չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: Մատակարարը պետք է ունենա հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 կամ CE 93/42/EEC: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦАՊԶԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Aohua VCC series	Aohua	Aohua AQ-100 էնդոսկոպիկ համակարգի հետ համատեղելի կոլոնոսկոպիկ էնդոսկոպիայի համալրման հավաքածու: Տեսակոլոնոսկոպ. ներկառուցված գոլնավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում, հաղորդվող պատկերի ստանդարտ՝ FHD, «Hbe» համակարգի աջակցություն՝ պատկերի մշակում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, զննության ուղղությունը՝ 0° (ուղիղ զննում), տեսադաշտի անկյունը՝ առնվազն 170°, ֆոկուսային խորությունը՝ ոչ պակաս քան 2-100 մմ տիրույթում, դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 12 մմ, ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 12,2 մմ, ներքին գործիքային փողի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 3,8 մմ, աշխատող մասի պտույտների անկյունները՝ առնվազն 180° վերև, 180° ներքև, 160° ձախ/աջ, աշխատող մասի երկարությունը՝ առնվազն 1650 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ ավել քան 1950 մմ, նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, ջուր/օդ կափյուրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի

		<p>հնարավորություն, Էնդոսկոպի վրա Էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ միակցիչի առկայություն, Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար առնվազն 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, ճկունության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն բռնակից՝ առնվազն 3 մակարդակով, թեքման անկյունների ֆիքսման հնարավորություն, առնվազն 3 լուսատարի առկայություն: Իրիգատոր. նախատեսված ջրի շիթով դաշտի լվացման համար, առնվազն 450 մլ/ր հզորությամբ, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից և ոտքի անջատիչից, պարամետրերի ցուցադրումը ներկառուցված Էկրանին, տիպը՝ պերիստալտիկ: Ինսուֆլյատոր. նախատեսված ածխաթթու գազով ինսուֆլյացիայի համար, առնվազն 10լ/ր հոսքով, ժամանակի և հոսքի կարգավորմամբ, կառավարումը վահանակից: Լրակազմում պետք է առկա լինեն բոլոր հավելյալ դետալները ամբողջական աշխատանքը և խնամքը ապահովելու համար, լինեն նոր, համատեղելի միմյանց հետ, լինեն չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: Մատակարարը պետք է ունենա հավաստագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Արտադրողը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 կամ CE 93/42/EEC: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ:</p>
--	--	---