

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	5428000610 + 5427700005	Eppendorf	Ցենտրիֆուգ միկրոպլանշետների համար: Սարքը համատեղում է միկրոցենտրիֆուգի կոմպակտ կառուցվածքը և բազմաֆունկցիոնալ ցենտրիֆուգի ունիվերսալ հնարավորությունները՝ ապահովելով բարձր արագությամբ ցենտրիֆուգավորում տարբեր նմուշների համար: Այն նախատեսված է ինչպես փոքր ծավալների փորձանոթների (1.5, 2.0, 5.0 մԼ, PCR ստրիպներ), այնպես էլ 15 և 50 մԼ կոնիկական փորձանոթների և միկրոպլաստիկների հետ օգտագործման համար: Մենյուի միջոցով կառավարվող բազմալեզու ինտերֆեյս: Մեծ, լուսավորվող Էկրան: Հնարավորություն՝ պահպանելու օգտագործողի կողմից կազմված 50 ծրագիր: Առանձին կոճակներ՝ հաճախ օգտագործվող կարգավորումներին արագ հասանելիության համար: Մաքսիմալ կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 30130×g: Մաքս. RCF ֆիքսված անկյան ռոտորով՝ 30130×g: Մաքս. RCF ճոճվող դույլով ռոտորով՝ 16049×g: Պտույտների արագություն՝ 100-ից մինչև 17,500 պտույտ/րոպե (100-ական քայլով) տիրույթում: Հասանելի ռոտորների քանակ՝ 12: Արագացման ժամանակ՝ 14 վրկ: Դանդաղման

		Ժամանակ՝ 15 վրկ: Ժամանակաչափի տիրույթ՝ 30 վրկ-ից մինչև 99 ժամ 59 րոպե, նաև անընդհատ ռեժիմով: Նուրբ արգելակման ֆունկցիայի առկայություն (նուրբ կանգնեցում նմուշների պաշտպանման համար): Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ 475 Վտ: Ռոտոր՝ միկրոպլանշետների համար, կափարիչով և 2 բակետներով: Առավելագույն արագությունը՝ 4,680 պտ/ր: Առավելագույն արագացումը՝ 2,204 xg: Սարքը նոր է և չօգտագործված: Սարքի հետ տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի: Արտադրողը ունի՝ ISO 13485 հավաստագիր: Սարքը ունի հավաստագիր, հետևյալ դիրեկտիվներին համապատասխանության վերաբերյալ՝ UL 61010-1 Electrical Equipment for Laboratory Use: Part 1: General Requirements UL 61010A-1 Electrical Equipment for Laboratory Use; Part 1: General Requirements UL 61010A-2-020 Electrical Equipment for Laboratory Use; Part 2: Particular Requirements for Laboratory Centrifuges CSA C22.2 No. 1010.1 Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use; Part 1: General Requirements CSA C22.2 No.1010.2.020, CSA-C22.2 No. 1010.2.020A:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7			