

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis | G9867BA | Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis | Agilent Technologies | Երկարաժամկետ քսենոնային ֆլեշ-լամպի աղբյուր • Մշտական օպտիկական ճշգրտամաք ճառագայթ • Խիստ վերահսկվող ճառագայթի երկրաչափություն (նմուշի շփման մակերես՝ <1.5 մմ • Ալիքային տիրույթ՝ 190-1100 նմ • Առավելագույն սկանավորման արագություն՝ 150 000 նմ/րոպե • Տվյալների հավաքագրման արագություն՝ 250տվյալ/վայրկյան • Միաժամանակ չափվող կյուվետների առավելագույն քանակ՝ 8 • Ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգ- Բնութագիր Ջրազերծ |

ջերմաստիճանային
ցիկլավորում-0-ից մինչև 110°C
Անկախ վերահսկվող
ջերմաստիճանային գոտիների
քանակ-1/ 2/ 4 Ջերմաստիճանի
վերահսկման/մոնիտորինգի
կետեր-2/ 8 Ջերմաստիճանի
ճշգրտություն - Peltier բլոկի զոնդ
(°C) ±0.5 Ջերմաստիճանի
ճշգրտություն - Նմուշի զոնդ (°C)
±0.25 Բջիջների միջև
ջերմաստիճանի տարբերություն (°C)
<±0.15 Ջերմաստիճանի
բարձրացման արագություն
-(°C/րոպե)- 40.0 Ֆոտոմետրիկ
համակարգ- Երկու ճառագայթով՝
հետևի ճառագայթով մուտք
Մոնիթորմատոր- Երկակի
հարթությունից դուրս Littrow
մոնիթորմատոր Աղբյուր-
հոլովակային քսենոնային փլեշ
լամպ՝ սովորական ծառայության
ժամկետը 10 տարի (հաստատված 3
տարի) Աղբյուրի փլեշի
հաճախականություն- 250 Հց
Ալիքների տիրույթ- 190-ից 1100 նմ
Դետեկտորներ- ակտիվ
ֆոտոդիոդային դետեկտորներ՝
միաժամանակյա բոլոր ալիքների

չափումների համար Ճառագայթի
չափսերը նմուշի շփման
մակերևույթում < 1.5 մմ
Սահմանափակ լուծման
հնարավորությունը- 0.1 նմ
Հարևանային լույս (%T) - - 198 նմ
(12 գ/L KCl, BP/EP մեթոդ) <1.0% -
220 նմ (10 գ/L NaI, ASTM մեթոդ)
<.003% - 300 նմ (Ացետոն) <0.005%
- 370 նմ (50 մգ/L NaNO2) <0.003%
Ալիքների ճշգրտություն (նմ) Xe
արտանետման գծեր` ± 0.2 Ալիքների
վերարտադրելիություն (նմ) ±
<0.025 Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն
(Abs) NIST 930E ֆիլտր` 1 Abs ±0.005
Ֆոտոմետրիկ տիրույթ (Abs)- 4.0 Abs
Ֆոտոմետրիկ
վերարտադրելիություն (Abs) -0.005
Abs Ֆոտոմետրիկ կայունություն
(Abs/ժամ) 30 րոպե տաքացումից
հետո, 500 նմ, 5 նմ SBW <0.0003
Ֆոտոմետրիկ աղմուկ (Abs/RMS) -
500 նմ, 0 Abs <0.0001 Abs 500 նմ, 0
Abs (Ultra-Micro Cuvette-ով` 50 μL, 2
× 2.5 մմ, 10 մմ ճանապարհի
երկարություն) <0.0001 Abs 500 նմ,
1 Abs <0.0002 Abs, 2-բարձրություն
-15 մմ Սպեկտրային ժապավենի
լայնություն- 0.1-ից 5 նմ` 0.01 նմ

քայլերով Առավելագույն
սկանավորման
արագություն-150,000 նմ/րոպե
Տվյալների հավաքագրման
արագություն- 250տվյալ/վայրկյան
Տվյալների միջակայք- 0.01-ից 10 նմ
15-ից 35 °C` 15-ից 80%
հարաբերական խոնավությամբ,
առանց խոնավության
համեմատական տարածքում,
բարձրություն` 0-ից մինչև 3,100 մ
Էլեկտրական պահանջներ •
մատակարարման հոսանք` 100-ից
-240 վոլտ AC • Հաճախություն`
50-ից -60 Հց • Շարժիչի
առավելագույն էներգիայի սպառում`
100 VA օ CTM (կոմպլեկտի
մոդուլներ) ` 130 VA օ MCM (միջին
կոնֆիգուրացիոն մոդուլ) ` 480 VA
Սարքը կմատակարարվի 8
կյուվետների հետ, որոնք կլինել
Agilent Technologies, ընկերության
արտադրության: Կյուվետի տեսակը`
UV/տեսանելի տիրույթի համար
նախատեսված կվարցե կյուվետ`
200-2500 նմ սպեկտրային
տիրույթով, օպտիկական
ճանապարհի երկարությունը կլինի
(path length)` 10 մմ և կունենա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕГДԱՊԶԲ-26733 представляет полное описание предлагаемого им товара.

հերմետիկ փակվող կլոր վզով, սպիտակ կափարիչ, կյուլետի օգտակար ծավալը՝ 3.5մլ, իսկ արտաքին չափսերը՝ 45մմ (բարձրություն) × 12.5 մմ (լայնություն) × 12.5 մմ (խորություն): Երաշխիքը՝ մեկ տարի: Աշխատակիցների ուսուցում տալու օրում Աշխատակիցների հավատարմագրում,

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | սերտիֆիկատների տրամադրում Առտարողող կենդանացի технические характеристики լիազորագիր մատակարարման համար: |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| 1 | | | | | |