

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	----	"Լիովին ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ Dirui CS- T240Plus Auto-Chemistry Analyzer կամ ERBA Global Biochemistry analyzer XL 200 կամ MINDRAY Biochemistry analyzer BS 240 Pro:Վերլուծիչը ունի STAT (նմուշի առաջնահերթյան) Ֆունկցիա:Արտադրողականությունը առանց Էլեկտրոլիտների հետազոտության ժամում ոչ պակաս 200 թեստ ժամում և ոչ ավել 240 թեստ ժամում: Հետազոտության կատարման սկզբունքներն առնվազն կոլորմետրիկ,

					տուրբողիմետրիկ: Հետազոտության կատարման մեթոդներն առնվազն՝ վերջնակետ, կինետիկա, ֆիքսված ժամանակ: Նմուշների և ազդանյութերի համար նախատեսված դիրքերի քանակը ոչ պակաս 39-ը և ոչ ավել 50 հատ: Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թմբուկը պետք է ունենա սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը ոչ պակաս +2 C և առավելագույն ջերմաստիճանը ոչ ավել +120° պահպանման հնարավորությամբ: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութերի Շտրիխների կողերի համար նախատեսված ավտոմատ ընթերցման սարք: 1 հետազոտության դեպքում ազդանյութերի ծախսման քանակը ոչ ավել քան 360թ): 1 հետազոտության ծախսվող նմուշի քանակը՝ ոչ ավել քան 100թլ: Սարքը պետք է ունենա ազդանյութի ծավալի հայտնաբերման ավտոմատ հնարավորություն: Օգտագործվող նմուշների փորձանոթը Չափսերը 13x75 մմ և 13x100 մմ: Սարքը պետք է ունենա ներքին և արտաքին
--	--	--	--	--	--

համակարգերի լվացման հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված խառնիչ: Վերլուծիչը պետք է ունենա կյուվետների համար նախատեսված առանձին խցիկ նախատեսված ոչ պակաս 45 կյուվետի դիրքով: Կյուվետների տեսակները օպտիկական պլաստիկ կամ օպտիկական ապակուց: Կյուվետները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման: Սարքը պետք է ունենա կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան: Ջրի ծախսը ոչ ավել 6,5 լ/ժ: Ռեակցիայի ջերմաստիճանը $+37 \text{ Co}$ $\pm 0,2 \text{ Co}$: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված լամպ հալոգեն կամ LED տեսակի: Ալիքի երկարությունը 340-800 Նմ առնվազն 8 ֆիլտրով: Ֆիլտրների ալիքի երկարությունը 340-380 Նմ, 405-420 Նմ, 505-515 Նմ, 546-566 Նմ, 570-580 Նմ, 600-630Նմ, 660-690Նմ, 700-740Նմ :Համակարգչին միանալու հնարավորություն: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 120 կգ: Սարքը պետք է լինի նոր

					չօգտագործված: Սարքը պետք է արտադրված լինի ոչ պակաս 2025 թվականի արտադրության: Սարքը պետք է ունենա 1 տարի գործարանային երաշխիք: Սարքի տեղադրումը և ուսուցումը պետք է կատարեն արտադրողի կողմից որակավորում ստացած մասնագետները: ISO որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Կենսաքիմիական վերլուծիչ Պետք է ունենա CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայական:"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/16-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	----	----	Полностью автоматический биохимический анализатор Dirui CS-T240Plus Auto-Chemistry Analyzer или ERBA Global Biochemistry analyzer XL 200 или MINDRAY Biochemistry analyzer BS 240 Pro. Анализатор имеет функцию STAT (приоритет образца). Производительность без электролитов в час анализа составляет не менее 200 анализов в час и не более 240 анализов в час. Принципы исследования – как минимум колориметрические, турбодиметрические. Методы

					исследования – как минимум: конечная точка, кинетика, фиксированное время. Количество позиций для образцов и реагентов – не менее 39 и не более 50 штук. Барабан для хранения реагентов и образцов должен иметь систему охлаждения, способную поддерживать минимальную температуру не менее +2°C и максимальную температуру не более +120°C. Прибор должен иметь устройство автоматического считывания штрихкодов реагентов. В случае 1 исследования количество расхода реагентов не более 360 п. Объем образца, потребляемого на 1 исследование, не должен превышать 100 мкл. Прибор должен иметь возможность автоматического определения объема реагента. Размеры пробирок для используемых образцов: 13x75 мм и 13x100 мм. Прибор должен иметь возможность промывки внутренней и внешней систем. Прибор должен иметь встроенный смеситель. Анализатор должен иметь отдельный отсек для
--	--	--	--	--	---

					кювет с размещением не менее 45 кювет. Типы кювет: оптический пластик или оптическое стекло. Кюветы должны быть многоразовыми. Прибор должен иметь многоступенчатую станцию для промывки кювет. Расход воды: не более 6,5 л/ч. Температура реакции: $+37^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Прибор должен иметь встроенную галогенную или светодиодную лампу. Длина волны: 340-800 нм с не менее чем 8 фильтрами. Длина волны фильтров: 340-380 нм, 405-420 нм, 505-515 нм. 546-566 нм, 570-580 нм, 600-630 нм, 660-690 нм, 700-740 нм: Возможность подключения к компьютеру. Возможность подключения к системе LIS. Вес устройства не должен превышать 120 кг. Устройство должно быть новым, неиспользованным. Устройство должно быть изготовлено не позднее 2025 года. На устройство должна распространяться заводская гарантия сроком на 1 год. Установка и обучение работе с устройством должны выполняться
--	--	--	--	--	---

					специалистами, квалифицированными производителем. Наличие сертификатов качества ISO. Биохимический анализатор должен иметь маркировку CE (Регламент IVDR 2017/746) или свидетельство о регистрации медицинского изделия FDA или эквивалентное свидетельство в любой из стран ЕАЭС.
--	--	--	--	--	---