

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Կենդանաբուժական շարժական ռենտգեն սարք Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ բարձր հաճախականության (մոտ 300 kHz) շարժական անասնաբուժական ռենտգեն սարքավորում՝ առավելագույն 10 kW հզորությամբ, 40-125 kV լարման և 5-160 mA հոսանքի միջակայքով, 0.1-200 mAs կարգավորմամբ, 2 մվ-10 վ exposure ժամանակով, մոտ 2.0 mm ֆոկուսով ռենտգեն խողովակով և 17×17 դյույմանոց DR flat panel դետեկտորով (3072×3072 px, 139 μm pixel pitch, 16-bit), որը աշխատում է AC110V/220V, 50/60 Hz սնուցմամբ: Լրացուցիչ պահանջներ՝ Սարքը համալրված է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեսուևարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը կմատակարարվի գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը կբերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	