

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ բարձր հաճախականության (մոտ 300 kHz) շարժական անասնաբուժական ռենտգեն սարքավորում՝ առավելագույն 10 kW հզորությամբ, 40-125 kV լարման և 5-160 mA հոսանքի միջակայքով, 0.1-200 mAs կարգավորմամբ, 2 ms-10 վ exposure ժամանակով, մոտ 2.0 mm ֆոկուսով ռենտգեն խողովակով և առնվազն 17x17 դյույմանոց DR flat panel դետեկտորով (3072x3072 px, 139 µm pixel pitch, 16-bit), որը աշխատում է AC110V/220V, 50/60 Hz սնուցմամբ: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 2 տարի: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Минимальные требования к прибору: Высокочастотный (приблизительно 300 кГц) портативный ветеринарный рентгеновский аппарат с максимальной мощностью 10 кВт, напряжением 40-125 кВ и диапазоном тока 5-160 мА, регулировкой 0,1-200 мАс, временем экспозиции 2 мс-10 с рентгеновской трубкой с фокусным расстоянием приблизительно 2,0 мм и плоским детектором DR размером не менее 17×17 дюймов (3072×3072 пикселей, шаг пикселя 139 мкм, 16 бит), работающим от сети переменного тока 110 В/220 В, 50/60 Гц. Дополнительные требования: Прибор должен быть укомплектован всеми необходимыми для работы принадлежностями, соединительными кабелями, включая документацию. Прибор поставляется в заводской упаковке.</p> <p>Транспортировка, установка, обучение и настройка — за счёт поставщика. После установки устройство должно быть приведено в рабочее состояние. Гарантийный срок: не менее 2 лет со дня, следующего за датой получения изделия Покупателем. Техническое обслуживание устройства на месте (по адресу Заказчика), а в случае невозможности его установки - транспортировка в сервисный центр, при этом все расходы, связанные с транспортировкой, несет Продавец.</p>