ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ բարձր հաճախականության (մոտ 300 kHz) շարժական անասնաբուժական ռենտգեն սարքավորում՝ առավելագույն 10 kW հզորությամբ, 40–125 kV լարման և 5–160 mA հոսանքի միջակայքով, 0.1–200 mAs կարգավորմամբ, 2 ms–10 վ exposure ժամանակով, մոտ 2.0 mm ֆոկուսով ռենտգեն խողովակով և առնվազն 17×17 դյույմանոց DR flat panel դետեկտորով (3072×3072 px, 139 µm pixel pitch, 16-bit), որը աշխատում է AC110V/220V, 50/60 Hz սնուցմամբ: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 2 տարի: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ բարձր հաճախականության (մոտ 300 kHz) շարժական անասնաբուժական ռենտգեն սարքավորում՝ առավելագույն 10 kW հզորությամբ, 40–125 kV լարման և 5–160 mA հոսանքի միջակայքով, 0.1–200 mAs կարգավորմամբ, 2 ms–10 վ exposure ժամանակով, մոտ 2.0 mm ֆոկուսով ռենտգեն խողովակով և առնվազն 17×17 դյույմանոց DR flat panel դետեկտորով (3072×3072 px, 139 µm pixel pitch, 16-bit), որը աշխատում է AC110V/220V, 50/60 Hz սնուցմամբ։ Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը։ Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով։ Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի։ Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 2 տարի։ Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից։