

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Շարժական կենդանաբուժական LED վիրաբուժական լամպը նախատեսված է վիրահատական դաշտի բարձր ճշգրտությամբ, միասեռ և առանց ստվերների լուսավորության ապահովման համար՝ շների, կատուների և այլ կենդանիների վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում:</p> <p>Սարքավորումը ապահովում է օպտիմալ տեսանելիություն՝ նպաստելով վիրաբույժի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և միջամտության անվտանգ իրականացմանը: Լամպը հիմնված է բարձր արդյունավետության LED տեխնոլոգիայի վրա, որը ապահովում է երկարաժամկետ շահագործում, նվազ էներգասպառում և նվազագույն ջերմային արտազատում՝ բացառելով վիրահատական դաշտի տաքացումը:</p> <p>Տեխնիկական բնութագիր՝ լուսավորության ինտենսիվություն՝ 40,000 - 120,000 լուքս (կարգավորվող), գունային ջերմաստիճան՝ 3,500K - 5,500K (կարգավորվող՝ բնական գունային վերարտադրության համար), գունային վերարտադրության ինդեքս (CRI)՝ ≥ 95, լույսի դաշտի տրամագիծ՝ 120 - 250 մմ, լույսի հավասարաչափություն՝ $\geq 90\%$, լամպի հզորություն՝ 30 - 80 Վտ, լուսավորության կարգավորում՝ աստիճանական (dimming)՝ 10% - 100%, կառավարման համակարգ՝ սենսորային կամ մեխանիկական կարգավորիչներով: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ՝ շարժական կայուն հենակ՝ անիվներով և արգելակային համակարգով, կարգավորվող բարձրություն և լամպի գլխիկի ճկուն դիրքավորում Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի</p>

աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գևորգի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Շարժական կենդանաբուժական LED վիրաբուժական լամպը նախատեսված է վիրահատական դաշտի բարձր ճշգրտությամբ, միասեռ և առանց ստվերների լուսավորության ապահովման համար՝ շների, կատուների և այլ կենդանիների վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում:</p> <p>Սարքավորումը ապահովում է օպտիմալ տեսանելիություն՝ նպաստելով վիրաբույժի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և միջամտության անվտանգ իրականացմանը: Լամպը հիմնված է բարձր արդյունավետության LED տեխնոլոգիայի վրա, որը ապահովում է երկարաժամկետ շահագործում, նվազ էներգասպառում և նվազագույն ջերմային արտազատում՝ բացառելով վիրահատական դաշտի տաքացումը:</p> <p>Տեխնիկական բնութագիր՝ լուսավորության ինտենսիվություն՝ 40,000 - 120,000 լուքս (կարգավորվող), գունային ջերմաստիճան՝ 3,500K - 5,500K (կարգավորվող՝ բնական գունային վերարտադրության համար), գունային վերարտադրության ինդեքս (CRI)՝ ≥ 95, լույսի դաշտի տրամագիծ՝ 120 - 250 մմ, լույսի հավասարաչափություն՝ $\geq 90\%$, լամպի հզորություն՝ 30 - 80 Վտ, լուսավորության կարգավորում՝ աստիճանական (dimming)՝ 10% - 100%, կառավարման համակարգ՝ սենսորային կամ մեխանիկական կարգավորիչներով: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ՝ շարժական կայուն հենակ՝ անիվներով և արգելակային համակարգով, կարգավորվող բարձրություն և լամպի գլխիկի ճկուն դիրքավորում Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքսեսուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի</p>

աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: