

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	"Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, 96-ակոսանի Առնվազն 5 դետեկցիայի կանալներով Սարքի միացման հնարավորությունը՝ առնվազն Wi-Fi, Էթերնետ և USB Ունենա ամպային պլատֆորմի միջոցով կարգավորման հնարավորություն: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 5 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ առնվազն 3.3 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը պետք է լինի տաքացվող, առնվազն 30-110 °C

					Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ առնվազն 5-100 °C Ջերմաստիճանի համասեռությունը ակոսների միջև՝ ոչ ավել, քան ± 0.4 Գրադիենտի հնարավորություն՝ առնվազն 7 ջերմային զոնաներով Դետեկցիայի համակարգը՝ Առնվազն 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով Առնվազն 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար Չգայունությունը՝ մարդու թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտոլդայի առնվազն 10 կարգ Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում առնվազն մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում: Նմուշի ծավալը՝ առնվազն 5-50 մկլ Սարքի պարբերաբար տրամաչափման պահանջի բացակայություն: Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար: Սարքավորումը պետք է ունենա թաչսքրին տեսակի էկրան Ծրագրային ապահովումը պետք է
--	--	--	--	--	---

					թույլա տա՝ - Կատարել ստատիստիկական անալիզ - Ունենա տվյալները բազմաթիվ տարբեր ֆորմատներով ուսումնասիրելու հնարավորություն, այդ թվում՝ գրաֆիկներ, կետային աղյուսակներ, կլաստերոգրամներ - Թույլ տա տվյալների խմբագրում և անոտացիա, գույների խմբագրում, ցանկացած լուծողականությամբ տվյալների արտահանում - Ունենա ռեֆերենսային գեների որոշման գործիքներ - Թույլ տա խմբավորել մի քանի առանձին թեստերի արդյունքները և դրանք միասին վերլուծել - Ունենա Cq արդյունքի ավտոմատ հաշվարկման ֆունկցիա - Ունենա ստացված տվյալները լաբորատոր ինֆորմացիոն մենեջմենթի համակարգ արտահանելու հնարավորություն: - Ֆայլերը առնվազն հետևյալ ֆորմատներով արտահանելու հնարավորություն՝ txt, csv, xls, xlsx - Տվյալների վերլուծության տեսակները՝ օ ՊՇՌ քանակական որոշում՝ ստանդարտ կորերի միջոցով օ Հալման կորերի վերլուծություն օ Գեների
--	--	--	--	--	---

						Էքսպրեսիայի վերլուծություն՝ հարաբերական քանակական վերլուծության, կամ նորմալիզացված էքսպրեսիայի միջոցով: օ Ալելային դիսկրիմինացիա օ Ըստ վերջնական կետի անալիզ Սարքը պետք է ունենա հիմնական բոլոր ներկերի հետ աշխատանքի գործարանային կալիբրացիա, այդ թվում առնվազն՝ SYBR Green, FAM, HEX, VIC, ROX, Texas Red. Cy5, Quasar 705: Պետք է համատեղելի լինի ՊՇՌ ստանդարտ պարագաների հետ՝ թափանցիկ և սպիտակ միկրոպլանշետներ, ստրիպներ, ցածր պրոֆիլով միկրոպլանշետներ: Ծրագրային ապահովման լիցենզիան պետք է լինի անսահմանափակ ժամանակահատվածի համար և ներառի բոլոր թարմացումները՝ առանց որևէ լրացուցիչ վճարի: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը՝ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական
--	--	--	--	--	--	---

					օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով "
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					