

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |         |                            |   |
|--------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը        | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Shanghai Baojia<br>(China) | YX930D  | Shanghai Baojia<br>(China) | Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական<br>վիրաբուժական և այլ միջամտություններում:<br>Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով, երկու<br>աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2500 մլ<br>տարողությամբ պոլիկարբոնատից պատրաստված<br>բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն<br>Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր<br>կափարիչով Անյուդ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի<br>առկայություն, առավելագույն արտածծումը $680 \pm 20$ մմ<br>ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ $45 \pm 10$ րոպե: Սարքը<br>հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն<br>ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ<br>արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը: Վակուումետրի<br>առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում<br>Աղմուկի մակարդակը՝ $55 \pm 5$ dBA, Էլեկտրոսնուցում՝ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>220-240 Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ:<br/>Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում<br/>տեղում :Օգտագործման ձեռնարկ ցանկալի է անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք<br/>գործունեության համար (Օրինակ ` սիլիկոնե<br/>խողովակները, հակաբակտերիալ ֆիլտրեր առնվազն 4<br/>հատ , 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն)<br/>Երաշխիքը 24 ամիսՈրակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USP4-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |        |                            |  |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--|
|            | товарный знак              | марка  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Shanghai Baojia<br>(China) | YX930D | Shanghai Baojia<br>(China) | <p>Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում: Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով, երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2500 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն</p> <p>Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուդ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը <math>680 \pm 20</math> մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ <math>45 \pm 10</math> րոպե: Սարքը հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը: Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ <math>55 \pm 5</math> dBA, Էլեկտրոսնուցում՝</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>220-240 Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ:<br/>Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում<br/>տեղում :Օգտագործման ձեռնարկ ցանկալի է անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք<br/>գործունեության համար (Օրինակ ` սիլիկոնե<br/>խողովակները, հակաբակտերիալ ֆիլտրեր առնվազն 4<br/>հատ , 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն)<br/>Երաշխիքը 24 ամիսՌրակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485</p> |
|--|--|--|--|---|