ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդէքսպերտ-ն ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Ճկուն ուրետերոռենոսկոպ 7.5FR, օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50մմ տիրույթում, տեսադաշտը՝ 120 աստիճան, խողովակի արտաքին տրամագիծը 7.5Fr, դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 7.5Fr, աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6Fr, շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան, աշխատանքային երկարությունը՝ 650մմ: Ուրետերոռենոսկոպը պետք է համատեղելի լինի HUGEMED HU30S

					վիդեո պրոցեսսորին: Սարքերը պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը պետք է ապահովի ապրանքների անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Ապրանքների մատակարարումը փուլային է, պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՋՄՄԱԲԿ-ԷԱՁԱՊՁԲ-45/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					