ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Աշոտ Առուշանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
36	Համարժեք՝ pH-չափիչ pH-150МИ–ը միկրոպրոցեսորային կոմպակտ, ինքնավար (փոխադրելի) և տնտեսող սարք է: Տեխնիկական պայմաններ- ջրածնի իոնների ակտիվություն, pH, չափման միջակայք 1 ÷ 14, դիսկրետություն 0.01, փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±0.02, թույլատրելի գործիքային սխալի սահմանները ±0.05: Օքսիդա-վերականգման պոտենցիալ, չափման միջակայքը՝ -2000 ÷ 2000 Մվ, դիսկրետություն 1.0, -փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±3, Վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի չափման միջակայք -10÷ 100ºC, դիսկրետություն 1.0, փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±2, Ջերմաստիճանային կարգավորումը ձեռքով և ավտոմատ -10 ÷ 100ºC: Ցուցասարք -նիշ ՀԲՑ (հեղուկ բյուրեղային ցուցիչ): Սարքը սնուցվում է -220Վ (50Հց) ցանցից -ինքնավար 6V (1.5Vx 4 A316տարրեր), Սպառում- ոչ ավելի քան 10 ՄԱ: Ընդհանուր չափսեր՝ 190 × 95 × 55 մմ, քաշը 0,3 կգ: Փաթեթը պետք է ներառի չափիչ փոխարկիչ PH-150MH, եռոտանի ШУ-05, ջերմային սենսոր ТДЛ -1000-06, էներգաբլոկ, համակցված pH էլեկտրոդ ЭСК 10603/7, տեղեկաքարտ, գործառնական ձեռնարկ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-51/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
36	pH-метр pH-150МИ- это микропроцессорный прибор компактный, автономный (портативный) и экономичный прибор. Технические характеристики: Активность ионов водорода pH, диапазон измерения 1 ÷ 14, дискретность 0.01, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±0,02, пределы допускаемой погрешности приборо ±0,05, окислительно-восстановительный потенциал: диапазон измерения -2000 ÷ 2000 мВ, дискретность 1,0, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±3, Температура анализируемой среды, диапазон измерения -10÷ 100ºС, дискретность 1,0, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±2,