

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կապտալքոն Գրուպ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	MedGyn	MedGyn	022728	MedGyn	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ MedGyn International Inc. Ապրանքի ընդհանուր տեղեկություններ Բաժին Նկարագրություն Ապրանք MedGyn HSG Կատետեր Սողել և ռեֆերենս համար 5Fr (022726) և 7Fr (022728) Ապրանքի նկարագրություն MedGyn HSG կատետերը առանց լատեքսի բալոնային կատետեր Է՝ կոշտ ներդիր պատյանով : Բալոնի ուռճացման համար ներառված է ներարկիչ: Սարքի բաղադրիչներ • Լիսեռ (Shaft), միակցիչ մաս, ուռճացման գիծ, կոնտրաստային նյութի ներարկման խողովակ և

բալոն • Ռոբերտի սեղմակ (Robert Clamp), արտաքին պաշտպանիչ խողովակ, 3 մլ ներարկիչ • Luer միակցիչ երկկողմանի փականով, Luer միակցիչ • Tyvek տոպրակ (փաթեթավորում), կաշուն պիտակ Ապրանքի տարբերակներ Առկա են երկու տարբերակներ՝ 5 French (1.67 մմ արտաքին տրամագծով) և 7 French (2.33 մմ արտաքին տրամագծով): Տեխնիկական տվյալներ (5Fr և 7Fr) MedGyn HSG կատետերների լիսեռը, միակցիչ մասը, ուռճացման գիծը և կոնտրաստային նյութի ներարկման խողովակը պատրաստված են թերմոպլաստիկ պոլիուրետանից : Ռոբերտի սեղմակը, արտաքին պաշտպանիչ խողովակը և 3 մլ ներարկիչը պատրաստված են պոլիպրոպիլենից : Luer միակցիչի երկկողմանի փականը և Luer միակցիչը պատրաստված են պոլիկարբոնատից: Գործընթաց Արտադրված է cGMP (Պատշաճ արտադրական գործունեություն) պայմաններում, արտադրանքը ստերիլիզացված է էթիլեն օքսիդով: Օգտագործման ցուցումներ և

կիրառություն Սարքը
նախատեսված է
հիստերոսալպինգոգրաֆիայի (HSG)
և սոնոհիստերոգրաֆիայի
ժամանակ կոնտրաստային նյութի
կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթի
ներմուծման համար: Այն
օգտագործվում է արգանդի
ախտաբանությունների
հայտնաբերման համար, ինչպիսիք
են պոլիպները, ֆիբրոմաները,
կպումները կամ էնդոմետրիոմի
հաստացումը, ինչպես նաև
ֆալոպյան փողերի
անցանելիությունը ստուգելու
համար: Որակի հսկողության
համակարգ Տեսողական
հսկողություն: Համեմատություն
հղման ստանդարտի հետ:
Ֆունկցիոնալ հսկողություն: Սարքի
հավաքում միակցիչ մասի հետ, 3 մլ
ներարկիչի միացում և պատշաճ
տեղադրման ստուգում: Պահպանում
և փաթեթավորում
Փաթեթավորում: Սարքերը
անհատականորեն փաթեթավորված
և ստերիլիզացված են կնքված Tyvek
տոպրակներում (10 հատ) :
Տոպրակները փաթեթավորվում են

				<p>օգտագործման հրահանգների հետ միասին պլաստիկ տոպրակի մեջ, որն այնուհետև տեղադրվում է առաքման տուփի մեջ: □</p> <p>Պահպանում: Սարքերը պահվում են կնքված և մակնշված տուփերում՝ մաքուր, փոշուց զերծ միջավայրում՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Կիրառելի ստանդարտներ □ ISO 13485, FDA 21 CFR 820</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Чшщшщрпш Чрпшщ УшС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦШР-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					