ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Active	Accu-Chek Active	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ, Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ: Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Անզեն աչքով ստուգելու հնարավորություն: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջների: Թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-

					Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը ՝ +2 մինչև +30 C: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB (MicroB): Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, տուփը պետք է լինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ, չորս կողմից տուփի վրա պետք է առկա լինի նույն պատկերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЄРЧ-ЄЦЖЦПЭР-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27					