

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող :Փորձանոթի ներքին պատը պատված է մանրադիտակային սիլիցիումի մասնիկներով (մակարդուկի ակտիվատորի հիմնական բաղադրիչը՝ SiO2), որոնք ակտիվացնում են մակարդումը, երբ խողովակները զգուշորեն պտտվում են: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների

				<p>առկայություն: Գամմա կամ բետա- ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի Նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:Ցենտրիֆուգելուց հետո միկրոթելիկների բացակայությամբ` մաքուր անջատված շիճուկ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	ՎակուՄային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակուՄային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող :Փորձանոթի ներքին պատը պատված է մանրադիտակային սիլիցիումի մասնիկներով (մակարդուկի ակտիվատորի հիմնական բաղադրիչը՝ SiO2), որոնք ակտիվացնում են մակարդումը, երբ խողովակները զգուշորեն պտտվում են: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների

				<p>առկայություն: Գամմա կամ բետա- ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի Նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:Ցենտրիֆուգելուց հետո միկրոթելիկների բացակայությամբ` մաքուր անջատված շիճուկ</p>
--	--	--	--	---