

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արատտա 1 ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արատտա 1 ՍՊԸ	Արատտա 1 ՍՊԸ	Ռենտգեն կաբինետի դուռ՝ համապատասխան ճառագայթային անվտանգության նորմերին (ՀՀ-ում գործող սանիտարահիգիենիկ կանոնների համաձայն): Ճառագայթային պաշտպանություն (Կապարե միջուկ) Պաշտպանիչ համարժեք (Lead Equivalent): Դուռը ապահովում է պաշտպանություն 1.8 մմ Pb (կապար) հաստության համարժեքով: Դռան փեղկի ներսում դռան ողջ մակերեսը ծածկող անընդհատ կապարե թիթեղի է: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ Դռան շրջանակ (Կարկաս): Շրջանակը՝ կապարապատված, ճառագայթների արտահոսքը դռան և պատի արանքից բացառվում է: Շրջանակի բարձրությունը՝ 230սմ, լայնությունը՝ 126սմ: Անդրադարձիչ շեմ: Դուռը ունի հերմետիկ փակվածություն: «Չեթաձև» պրոֆիլներ: Չափսեր: Դուռան փեղկերի քանակը՝ 2, դեպի սենյակ բացվող, փեղկերի բարձրությունը՝ 230սմ, լայնությունը՝ 30սմ և 90սմ, հաստությունը՝ 60մմ՝ անվասայլակի կամ պատգարակի ազատ տեղաշարժն ապահովող: Փեղկերը Դռան մակերեսը հարթ է և դիմացկուն ախտահանիչ միջոցներով հաճախակի մշակման

			համար: Լրակազմ: Դռան փեղկ, կապարապատված տուփ, բռնակներ, փական, ինքնափակիչ (дovодчик): Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից սեփական միջոցների հաշվին:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Аратта 1 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQ72P-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			