ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափը հիմնականում օգտագործվում է բժշկական կենտրոնի թթվածնի մատակարարման համակարգերում, հիվանդների սենյակներում, շտապօգնության մեքենաներում: Դա անփոխարինելի գործիք է շտապ թերապիայի և հիպոքսիայի հիվանդների համար՝ մթթվածնային ինհալացիա ստանալու համար:Թթվածնի հոսքաչափը պետք է պատրաստված լինի գունավոր մետաղից, նիկելի կամ քրոմի մշակմամբ:Հոսքի խողովակը և խոնավացնող մարմինը պետք է պատրաստված լինեն բարձրորակ պոլիկարբոնատ պլաստիկից, գնդակը չժանգոտվող պողպատից:Ստանդարտ մուտքային կապ. Ստանդարտ DISS բժշկական թթվածնի միակցիչ (DISS միակցիչ):Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն:Մուտքի ճնշում. ոչ պակաս քան 0-6 բար սահմաններում:Թթվածնի սպառում ոչ պակաս, քան 0-15 լ / րոպե սահմաններում:Բազմակի օգտագործման խոնավացուցիչ՝ ոչ պակաս քան 250 մլ տարողությամբ :Ստանդարտներ (վկայականների պատճեն):ISO13485 կամ համարժեք:CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
58	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափ	Բժշկական թթվածնի հոսքաչափը հիմնականում օգտագործվում է բժշկական կենտրոնի թթվածնի մատակարարման համակարգերում, հիվանդների սենյակներում, շտապօգնության մեքենաներում: Դա անփոխարինելի գործիք է շտապ թերապիայի և հիպոքսիայի հիվանդների համար՝ մթթվածնային ինհալացիա ստանալու համար:Թթվածնի հոսքաչափը պետք է պատրաստված լինի գունավոր մետաղից, նիկելի կամ քրոմի մշակմամբ:Հոսքի խողովակը և խոնավացնող մարմինը պետք է պատրաստված լինեն բարձրորակ պոլիկարբոնատ պլաստիկից, գնդակը չժանգոտվող պողպատից:Ստանդարտ մուտքային կապ. Ստանդարտ DISS բժշկական թթվածնի միակցիչ (DISS միակցիչ):Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն:Մուտքի ճնշում. ոչ պակաս քան 0-6 բար սահմաններում:Թթվածնի սպառում ոչ պակաս, քան 0-15 լ / րոպե սահմաններում:Բազմակի օգտագործման խոնավացուցիչ՝ ոչ պակաս քան 250 մլ տարողությամբ :Ստանդարտներ (վկայականների պատճեն):ISO13485 կամ համարժեք:CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: