

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	IPG DR	IPG DR	Medtronic	Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը՝ ոչ ավելի քան 44.7մմ x 47.9մմ x 7.5մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.1 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.1 սմ3, մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-յոդ, Լարումը՝ 2.8Վ; կոնսեկտորի տիպը՝ IS-1 BI/UNI.: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11.4 տարի (DDDR 60 գ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, Նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, Նախատեսված պացիենտի

սպոնտան ԱԿ անց կացման ժամանակի որոշման եւ DAB
и CAB ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների
սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ
նախասրտային կծկումներին հետեւելու համար:
Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային
ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (<Φ<ՌԺ) առկայություն -
ֆունկցիան նախապաշտպանում է
էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված
տախիկարդիայից, եւ ապահովում է բլոկադայի
հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի,
միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով:
Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով
ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը,
երկարացնելով <Պ<ՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ
հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի
հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի,
ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ
կարճացնելով <Պ<ՌԺ-ն եւ DABը (անհրաժեշտության
դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR,
AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO,
VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR,
AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն
իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու
ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները
կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի:
Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի
վկայականների առկայություն: Կիրառելի է կլինիկայում
առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է
սարքերի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում

				պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ կներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով,
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦДЦ12Р-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-