# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 27 | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր։ Գունավոր LCD էկրանի առկայություն ոչ պակաս քան 12"։ Պտտվող էկրան մինչև 75°։ Հիվանդի տվյալների ցուցադրման հնարավորություն։ Ձայնային և գունային ահազանգ պտղի բարձր և ցածր սրտի հաճախականության համար։ Իրական ժամանակում 24-ժամյա մոնիթորինգի հնարավորություն Նկարների սառեցման հնարավորություն Ուլտրաձայնային տվիչի նոմինալ հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց Աշխատանքային հաճախականություն՝ 1.0 ՄՀց ± 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % Ճշգրտություն՝ ±2 BPM FHR: Ուլտրաձայնային հաճախականություն՝ 2 ՄՀց:Միջակայք ՝ 50 ~ 210 bpm: Ճշգրտություն՝ ± 2bmp: Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպագրության լայնություն՝ 112 ± 5 մմ Սարքըպետք է լինի նոր , չօգտագործված: Երաշխիք 1 տարի Որակի սերտիֆիկատներ ISO 13485, EC |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 27 | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Ֆետալ մոնիտոր | Фетальный монитор. Наличие цветного ЖК-экрана размером не менее 12 дюймов. Поворот экрана до 75°. Возможность отображения данных пациента. Звуковая и цветная сигнализация при высокой и низкой частоте сердечных сокращений плода. 24-часовой мониторинг в режиме реального времени. Возможность заморозки изображения. Номинальная частота ультразвукового датчика: 1,0 МГц. Рабочая частота: 1,0 МГц ± 10 %. Точность: ±2 уд/мин. ЧСС плода: частота ультразвука: 2 МГц. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Диапазон: 50 ~ 210 уд/мин. Точность: ± 2 уд/мин. Наличие встроенного термопринтера. Ширина печати: 112 ± 5 мм. Устройство должно быть новым, неиспользованным. Гарантия 1 год. Сертификаты качества ISO 13485, ЕС. |