

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդեքսպետ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	-	-	-	<p>Ստամոքս-աղիքային տրակտի բաց կամ լապարոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կիրառվող մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև կտրիչ-կարիչը: Կեռիկի բարձրությունը 4.5-5.2մմ: Կարիչի գլխիկի արտաքին տրամագիծը՝ 31մմ : Կարիչի գլխիկի ներքին տրամագիծը համապատասխանաբար 23: Փամփուշտի մեջ սեղմակների քանակը՝ 30 հատ: Կեռիկի փակման բարձրությունը 1.3-2.0 մմ : Կարելուց հետո կեռիկները ստանում են «B» ձև տեսք : Բացման ուժը 0.1 Ն/մմ~0.5 Ն/մմ Է:Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների և այլ թերությունների. մակերեսի կոպտությունը պետք է լինի Ra <0.8 մկմ:</p> <p>Անաստոմոզային ստոման կարող է դիմանալ առնվազն 3.6 կՊա ճնշման : Շրջանաձև կտրման-կարման գործիքը</p>

				<p>կիրառում է տիտանից պատրաստված երկու կրկնակի շարքեր՝ աստիճանական նախշերով, միաժամանակ կտրելով և առանձնացնելով հյուսվածքը դրանց միջև:</p> <p>Վիրահատության ընթացքում կարվող հյուսվածքի հաստությունից կախված՝ կարի բարձրությունները բաժանվում են երկու ստանդարտ չափերի՝ 3.8 մմ և 4.8 մմ: Շրջանաձև կարիչը բաղկացած են սալիկց, կարերի փամփուշտից, լիսեռից, անվտանգության լծակից, ձգանից, պտտվող բռնակից, կարիչից, շրջանաձև շեղբից և շեղբի ադապտերից: Մեկանգամյա օգտագործման շրջանաձև սեպլերի կեռիկային նյութը մաքուր տիտան է, որը հարմար է վիրաբուժական իմպլանտների համար՝ համաձայն EN ISO 5832-2 ստանդարտի: Սալը և շրջանաձև շեղբը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից՝ համաձայն EN ISO 7153-1 ստանդարտի: Գործիքի մյուս բաղադրիչները պատրաստված են ABS-ից կամ պոլիկարբոնատից:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը ճառագայթային ստերիլիզացումից հետո 5 տարի է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայությունն CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-17-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70				