ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
134	Slee	MTP I	SLEE medical GmbH	Կարուսելային պրոցեսոր՝ հյուսվածքների մշակման համար ապահովում է նմուշների նուրբ և բարձր հուսալի մշակումը՝ ժամանակակից կառավարման ֆունկցիաների կիրառմամբ։ Եզակի պտտվող սեղանի սկզբունք ռեագենտների տարաների համար, որը ապահովում է կասետաների, զամբյուղների և տարաներին հարմար մուտքը սարքի առջևի հատվածից Ինտեգրված անխափան սնուցման համակարգ (UPS) 120 կասետայի մշակման հնարավորություն մեկ ցիկլի ընթացքում Համակարգի աշխատանքային վիճակի ցուցադրման էկրան և կարգավիճակի լուսադիոդային ցուցիչներ Հասկանալի և ինտուիտիվ կառավարման վահանակ Սահմանված (հետաձգված) մեկնարկի ֆունկցիա Հեռակառավարվող ազդանշանային մոդուլ Ինտեգրված գոլորշիների հեռացման հարմարանք և

					օդափոխության համակարգ՝ ածխային ֆիլտրով Սարքը մատակարարվում է համապատասխան բաժակներով: Ռեագենտի տարրաներ՝ 2000 մլ, սպիտակ, պոլիացետալ Պարաֆինի տարրաներ՝2000 մլ, ալյումին, երկարակողմ պատերով Տրանսպորտային զամբյուղ՝ 1× չժանգոտվող պողպատ, տարողությունը՝ 120 կասետ Ծրագրավորում՝ 20 ազատ ծրագրավորելի ծրագիր, պաշտպանված գաղտնաբառով Ինկուբացիայի / Ձեւավորման ժամանակ՝1 վայրկյանից մինչև 99 ժամ 59 րոպե 59 վայրկյան (ազատ ծրագրավորվող) Պարաֆինի տարրաների ջերմաստիճան 40 °C – 80 °C (ազատ ծրագրավորվող) Օպերացիոն ռեժիմներ Անհապաղ մեկնարկ Ծրագրավորված ժամով մեկնարկ (մինչև 999 ժամ հետաձգմամբ) Ծրագրավորված ավարտի ժամով մեկնարկ (մինչև 99 ժամ հետաձգմամբ) Արագ մեկնարկ (գործարանային ծրագրավորված պրոտոկոլներ) Թափահարում - Այո, ինտենսիվությունը նախապես սահմանված է գործարանային կարգավորումներով Էլեկտրամատակարարման ընդհատում / failsafe դիրք Ազատ ծրագրավորվող ցանկացած պրոտոկոլի քայլի համար Կառավարման տարրեր LCD էկրան, համակարգի վիճակի մոնիտոր Արտանետվող օդի ծավալ Նվազագույն օդի ծավալ՝ մոտ 200 մ³/ժ Պահանջվող ճնշման տարբերություն՝ մոտ 100 Պա Հոսքի խողովակի տրամագիծ (հետևի կողմում)՝ 100 մմ Ստանդարտ կոմպլեկտացիան ներառում է ռեագենտի բաժակներ (պլաստմաս [POM], սպիտակ, 10 հատ), ջեռուցվող պարաֆինի բաժակներ (ալյումին, 2 հատ), փոխադրաման (չժանգոտվող պողպատ, 1 հատ),

					ռեագենտի բաժակների պիտակավորման հավաքածու (1 հատ), փոխադրման զամբյուղի կափարիչ (1 հատ), հոսանքի մալուխ և օգտագործման ձեռնարկ: Արտադրող ընկերությունը ունի ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր Մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից տրամադրված ավտորիզացիոն նամակ (MAF՝ Manufacturer's Authorization Form): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները, ընդ որում արտադրողի ավտորիզացիոն նամակը՝ (MAF՝ Manufacturer's Authorization Form) չի կարող փոխարինվել այլ փաստաթղթով: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 24 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը

				տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
134				