

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 122             | Ապրանքային նշան    | Մակնիշ  | Արտադրողի անվանում  | Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի համար բազմակի օգտագործման SpO2 չափման լար SpO2 տվիչով (SpO2- sensor), և պարտադիր համատեղելի Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի հետ: Թվային 5 - կոնտակտային տվիչ է, մատին ամրացվող, նախատեսված մեծահասակների համար, լարի երկարությունը ոչ պակաս, քան` 90սմ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-17-БПРЗ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 122        |                    |       |                               |                            |