

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
123	Trismed	Trismed, B model	TRISMED CO., LTD.	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Trismed – Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի համար նախատեսված բազմակի օգտագործման ԷՍԳ մալուխ/լար, և պարտադիր համատեղելի Trismed – Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի հետ: Պացիենտի հնգաճյուղ լար, երկարությունը ոչ պակաս, քան` 3մ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-17-БПР<amp ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
123				