

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	"Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միսոցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշտպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի օդով աշխատող միսոցային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված

					հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69: Հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի աշխատանքը պետք է լինի առաջադեմ, անխափան կառավարման համակարգով, անվտանգ ռեժիմի ընտրության հնարավորությունով: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-14000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
--	--	--	--	--	---

մակարդակը ոչ ավել քան 90 dB(A):
Մարտկոցի լիցքավորվածություն
ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի
տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ
պակաս քան 2000 mAh,
լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան
800 գ: Գործարանային
կոմպլեկտավորումով:
Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ
վիրաբուժության համար
նախատեսված օդով աշխատող,
մխոցային, ուղահայաց կտրող սղոց
իր` ստերնում պաշտանիչով և
ակսեսուարներով: Ստերնում
պաշտպանիչ հատվածը պետք է
համատեղելի լինի մարտկոցով
աշխատող մխոցային սղոցի հետ:
Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար
տիրույթում: Օդային խողովակի
երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ,
լվացվող, միացման տեսակը MA7:
Հատուկ մարման համակարգ`
վիրբացիան նվազեցնելու համար:
Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը
պետք է լինի լիովին լվացվող: Սղոցը
պետք է ունենա լվացման համար
նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ,
գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող
ակսեսուարների համակցման

					տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 90 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցների համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, CE և/կամ FDA,
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 2 պահեստային մարտկոց(երե գործարանային կոմպլեկտավորման մեջ պահեստային մարտկոց առկա չէ), 20 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
Номер лота			Предлагаемый товар		որվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:" технические характеристики
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	
	наименование			производителя	
1					