

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CORE-2	Stryker	Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի բարձր արագությամբ վիրաբուժական դռիլի ինտեգրված համակարգ Կրանիոտոմ, Նախատեսված Նեյրովիրաբուժական միջամտությունների համար: Համակարգը պետք է ապահովի բարձր ճշգրտություն, անվտանգություն և բազմաֆունկցիոնալ օգտագործում: Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կամ լիարժեք համադրելի: Առաջարկվող համակարգը պետք է ապահովի՝ բարձր ճշգրտություն, անվտանգություն, բազմաֆունկցիոնալ կիրառություն: Առաջարկվող համակարգը պետք է կազմված լինի հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝ Կառավարման բլոկ - Ինտեգրված վիրաբուժական Էներգիայի կառավարման կոնսոլ, ինչը ապահովում է համակարգի բոլոր բաղադրիչների կենտրոնացված կառավարում, ինչպես նաև միաժամանակ մի քանի գործիքների միացման հնարավորություն:: Կառավարման բլոկի քանակը պետք է լինի մեկ հատ: Դռիլի շարժիչ Համակարգում պետք է ներառված լինի բարձր արագությամբ Էլեկտրական կամ պնևմատիկ դռիլի շարժիչով, որը պետք է ապահովի ցածր վիբրացիա և նվազեցված

տատանումներ: Այն պետք է նախատեսված լինի ներդրումավիզացիոն համակարգերի հետ համատեղ աշխատանքի համար և համադրելի լինի կառավարման կոնսոլի հետ: Շարժիչի քանակը պետք է լինի առնվազն մեկ հատ: Կառավարման ոտնակ – Համակարգը պետք է ունենա բազմաֆունկցիոնալ կառավարման ոտնակ, որը պետք է ապահովի առնվազն երեք ծրագրավորվող հնարավորություն: Այն պետք է հնարավորություն տա կառավարել արագությունը և ֆունկցիաները առանց ձեռքերի օգտագործման: Ոտնակի քանակը պետք է լինի առնվազն մեկ հատ: Իրիզացիոն խողովակների հավաքածու Համակարգում պետք է ներառված լինի իրիզացիոն խողովակների հավաքածու, որը նախատեսված է միանգամյա օգտագործման համար: Այն պետք է լինի համադրելի դռիկի համակարգի հետ և ապահովի հեղուկի փոխանցում դեպի գործիք: Խողովակների հավաքածուն պետք է կառավարվի կոնսոլով և ապահովի ներծծման ու լվացման գործընթաց ստերիլ դաշտում հոսքի կառավարման հնարավորությամբ: Հավաքածուի քանակը պետք է լինի առնվազն մեկ հատ: Համակարգը պետք է ներառի նաև՝ Կցորդներ (Attachments), բուրեր՝ աշխատանքային ծայրեր, Համապատասխանեցված գանգոսկրի պերֆորատորի գլխիկ: Համակարգը պետք է ներառի կրանիոտոմիայի footed կցորդ, որը նախատեսված է գանգոսկրի կտրելու համար և ապահովում է փափուկ հյուսվածքների պաշտպանություն: Այն պետք է համադրելի լինի բարձր արագությամբ դռիկի շարժիչի հետ և աշխատի մոտ 2.0-3,4. մմ տրամագծով բուրերի հետ: Քանակը՝ առնվազն մեկ հատ: Համակարգում պետք է ներառված լինի ուղիղ մեծ տրամագծով կցորդ, որի երկարությունը՝ 13-16 սմ, տրամագիծը՝ 3.0-3.5 մմ.: Քանակը՝ առնվազն մեկ հատ: Համակարգը պետք է ներառի պերֆորատորի համար նախատեսված հատուկ կցորդ, որը պետք է լինի համադրելի դռիկի շարժիչի հետ: Այն պետք է ապահովի 800-1250 պտ/րոպե միջակայքում պտտման արագություն, ինչը համարվում է անվտանգ արագություն պերֆորացիայի համար: Կցորդը նախատեսված է ոսկրում անցք բացելու նպատակով: Քանակը՝ առնվազն

		մեկ հատ: □ Կոնաձև բուրեր: Նախատեսված նուրբ և խորանիստ միջամտությունների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 70-90 մմ միջակայքում, տրամագիծը՝ 2.1- 5.0 մմ: Քանակը՝ առնվազն 2 հատ: □ Գնդաձև բուրեր: Նախատեսված ընդհանուր ոսկրային աշխատանքների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 140-160 մմ միջակայքում, տրամագիծը՝ 2.8-3.2 մմ: Քանակը՝ առնվազն 2 հատ: □ Գնդաձև ադամանդապատ բուրեր: Նախատեսված ոսկրի հարթեցման և նուրբ մշակման աշխատանքների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 140-160 մմ միջակայքում, տրամագիծը՝ 2.8-3.2 մմ: Քանակը՝ առնվազն 2 հատ: Պերֆորատորի գլխիկ Համակարգում պետք է ներառված լինի գանգոսկրի պերֆորատորի գլխիկ, որը պետք է ունենա ավտոմատ անջատման մեխանիզմ՝ պացիենտի անվտանգության ապահովման համար: Այն նախատեսված է գանգոսկրի մեջ առաջնային անցք բացելու համար և պետք է համադրելի լինի պերֆորատորի կցորդի հետ: Քանակը՝ առնվազն երկու հատ: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել՝ ուսուցում վիրաբույժների, վիրահատարանի բուժանձնակազմի համար, ինչպես նաև տեխնիկական ուսուցում հիվանդանոցի բիոմեդ ինժեներների համար: Տրամադրվող սարքավորումը պետք է ունենա նվազագույնը 24 ամսվա երաշխիք: Երաշխիքը պետք է ներառի ինչպես պահեստամասերը, այնպես էլ վերանորոգման աշխատանքները: Երաշխիքային պայմանները չեն ներառում այն դեպքերը, երբ սարքը վնասվել է բժշկի միջամտության ժամանակ կանոնների խախտման պատճառով: Սարքավորումը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն համադրելի և միասնական համակարգ Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ 1.Մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային հավաստագիր 2.Ապրանքին տրված ISO կամ CE կամ FDA որակի վկայականներ, ծագման սերտիֆիկատներ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПНЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			