

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	CHOICEMMED,CONT EC	CHOICEMMED,CONT EC	CHOICEMMED LTD,CONTEC LTD	Մանկական (педиатрический) մատի պուլսօքսիմետր է, որը նախատեսված է հատկապես 3-ից 10 տարեկան երեխաների արյան թթվածնով հագեցվածությունը(SpO2) և սրտի կծկումների հաճախականությունը(PR) չափելու համար: 1. Չափման պարամետրեր և ճշգրտություն 2. • Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման տիրույթ. 70% – 100% (0% – 69%-ը չի սահմանվում): 3. • SpO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$ (70% - 100% միջակայքում): 4. • SpO2 թույլատրելիությունը (Resolution). 1%: 5. • Պուլսի (PR) չափման տիրույթ. 30 – 250 զարկ/րոպե: 6. • Պուլսի չափման ճշգրտություն. - ± 2 զարկ/րոպե(30 – 99 զարկ/րոպե միջակայքում) - $\pm 2\%$ (100 – 250 զարկ/րոպե միջակայքում): 7. • Պուլսի թույլատրելիությունը. 1 զարկ/րոպե: 2. Էկրան և արտացոլում 8. • Էկրանի

				տեսակ. Երկգույն OLED լուսադիոդային Էկրան: 9. • Արտացոլվող տվյալներ. SpO2 %, պուլսի հաճախականություն (PR), պուլսի բարգրաֆիկ(Pulse Bar), պլետիզմոգրամմա (ալիքաձևագրաֆիկ): 10. • Ցուցադրման ռեժիմներ. 6 տարբեր դիրքային ռեժիմներ (Էկրանը պատվում է 4 ուղղություններով): 11. • Պայծառություն. 10 մակարդակի կարգավորվող պայծառություն: 3. Էներգասնուցում և ավտոմատացում 12. • Մարտկոցի տեսակ. 2 հատ AAA տեսակի 1.5V ալկալիական (alkaline) մարտկոց: 13. • Աշխատանքի տևողություն. Մոտ 30 ժամանընդմեջ աշխատանք: 14. • Էներգախնայողություն. Սարքն ավտոմատանջատվում է մատը դուրս հանելուց 8 վայրկյանանց: 15. • Հոսանքի սպառում. « 40mA: 16. • ինդիկատորներ. Մարտկոցի լիցքի ցածրմակարդակի նախազգուշացում: 17. • չափսեր (Ե x L x Բ). 50 մմ x 28 մմ x 28 մմ: 18. • Քաշ. մոտ 25 գրամ (առանց մարտկոցների) և մոտ 45-50 գրամ (մարտկոցներով): Շրջակամիջավայրի պայմաններ 19. • Աշխատանքային ջերմաստիճան. 5°C-ից մինչև 40°C: 20. • Պահպանման ջերմաստիճան. -25°C-ից մինչև +70°C: 21. • Օդի խոնավություն (աշխատանքային). 15% - 93% (առանց կոնդենսացիայի): 6. Հավաքածուի մեջ ներառված է (Կոմպլեկտացիա) 22. • Պուլսօքսիմետր ChoiceMMed MD300C5 23. • Պաշտպանիչ սիլիկոնե պատյան 24. • Կախիչ/պարան (Lanyard) 25. • 2 հատ AAA մարտկոց 26. • Օգտագործման ձեռնարկ"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220206-1000000-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
30				