

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MedTeko(РФ)	MedTeko(РФ)	MedTeko(РФ)	Ուլտրաբարձր հաճախականությամբ ֆիզիոթերապևտիկ սարք Պարտադիր պահանջվող բնութագրերը Աշխատանքային հաճախականության թույլատրելի տիրույթը /ՄՀց/՝ $27,12 \pm 0,165$: Կարգավորումը՝ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով և սեղմակոճակներով: Ռեզոնանսի կարգավորումը կատարվում է ավտոմատ: Ունի լուսային ինդիկատոր բարձր հաճախականության գեներատորի միացման և ելքային շղթայի ռեզոնանսի աստիճանը ազդարարող: Ճառագայթման տևողության կարգավորման տիրույթը /րոպե/՝ $1 \div 99) \pm 5 \%$: Ելքային հզորությունը կարգավորվող, 9 քայլ Էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում և 4 քայլ ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում: Ելքային հզորության կարգավորումը 120մմ տրամագիծ ունեցող Էլեկտրոդների

				օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 $\pm$ 20%: Ելքային հզորության կարգավորումը ռեգոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ (10; 15; 20; 30) $\pm$ 20%: Սարքի չափսերը՝ 430x289x174մմ: Սարքի հետ տրվում են բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները/ այդ թվում՝ Էլեկտրոնային կառավարման միավոր- 1 հատ; Էլեկտրոդներ երեք չափսերի /մմ./՝ Ø36x30h) $\pm$ 5% - 2 հատ; Ø 80x30h $\pm$ 5% - 2հատ; Ø120x30h $\pm$ 5 % - 2հատ; Ռեգոնանսային ինդուկտոր՝ աշխատանքային մասի տրամագիծը /մմ./՝ 80 $\pm$ 5% , հիմքի մասում տրամագիծը /մմ./՝ 90 $\pm$ 5% -1 հատ; միացման մալուխի երկարությունը /մմ./՝ 885 $\pm$ 5% Ճկվող Էլեկտրոդաբռնիչ, երակրությունը /մմ./՝ 860 $\pm$ 10% -2հատ; Ուլտրաբարձր Էլեկտրամագնիսական դաշտի առկայության ինդիկատոր (ԵxLxԲ) /մմ./՝ 165 x25 x 9 $\pm$ 5%, միացման մալուխ (ռեգոնանսային ինդուկտորի միացման համար՝ 2 հատ, մալուխի ամրակիչ 6 հատ, ՌԻԲՀ գլխարկ 1 հատ Քաշը ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները /կգ./՝ 10 : Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից, /Վ/՝ 220$\pm$10%; 50Հց: Սնուցող ցանցից սպառող հզորությունը /Վտ/՝ 250: Գինը ներառում է՝ մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 120 օրացուցային օրվա ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման
--	--	--	--	---

				ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	МедТеко(РФ)	МедТеко(РФ)	МедТеко(РФ)	Ուլտրաբարձր հաճախականությամբ ֆիզիոթերապևթիկ սարք Պարտադիր պահանջվող բնութագրերը Աշխատանքային հաճախականության թույլատրելի տիրույթը /ՄՀց/՝ $27,12 \pm 0,165$: Կարգավորումը՝ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով և սեղմակոճակներով: Ռեզոնանսի կարգավորումը կատարվում է ավտոմատ: Ունի լուսային ինդիկատոր բարձր հաճախականության գեներատորի միացման և ելքային շղթայի ռեզոնանսի աստիճանը ազդարարող: Ճառագայթման տևողության կարգավորման տիրույթը /րոպե/՝ $1 \div 99) \pm 5 \%$: Ելքային հզորությունը կարգավորվող, 9 քայլ Էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում և 4 քայլ ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում: Ելքային հզորության կարգավորումը 120մմ տրամագիծ ունեցող էլեկտրոդների

				օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 $\pm$ 20%: Ելքային հզորության կարգավորումը ռեգոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ (10; 15; 20; 30) $\pm$ 20%: Սարքի չափսերը՝ 430x289x174մմ: Սարքի հետ տրվում են բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները/ այդ թվում՝ Էլեկտրոնային կառավարման միավոր- 1 հատ; Էլեկտրոդներ երեք չափսերի /մմ./՝ Ø36x30h) $\pm$ 5% - 2 հատ; Ø 80x30h $\pm$ 5% - 2հատ; Ø120x30h $\pm$ 5 % - 2հատ; Ռեգոնանսային ինդուկտոր՝ աշխատանքային մասի տրամագիծը /մմ./՝ 80 $\pm$ 5% , հիմքի մասում տրամագիծը /մմ./՝ 90 $\pm$ 5% -1 հատ; միացման մալուխի երկարությունը /մմ./՝ 885 $\pm$ 5% Ճկվող Էլեկտրոդաբռնիչ, երակրությունը /մմ./՝ 860 $\pm$ 10% -2հատ; Ուլտրաբարձր Էլեկտրամագնիսական դաշտի առկայության ինդիկատոր (ԵxLxԲ) /մմ./՝ 165 x25 x 9 $\pm$ 5%, միացման մալուխ (ռեգոնանսային ինդուկտորի միացման համար՝ 2 հատ, մալուխի ամրակիչ 6 հատ, ՌԻԲՀ գլխարկ 1 հատ Քաշը ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները /կգ./՝ 10 : Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից, /Վ/՝ 220$\pm$10%; 50Հց: Սնուցող ցանցից սպառող հզորությունը /Վտ/՝ 250: Գինը ներառում է՝ մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 120 օրացուցային օրվա ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման
--	--	--	--	---

				ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից:
--	--	--	--	---