

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/128 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետր	INFITEK	SP-LUV75 2P	Infitek Co., Ltd.	UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետրը նախատեսված է տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն տիրույթում լույսի կլանման գրանցման համար: Ալիքի երկարության միջակայքը 190 նմ - 1100 նմ, ալիքի երկարության ճշգրտությունը ± 2 նմ, ցրված լույսի ցածր մակարդակ: Բարձր արագությամբ սկանավորում: Լույսի աղբյուր դեյտերիումային լամպ, հալոգեն վոլֆրամային լամպ: Ֆոտոմետրիայի ճշգրտությունը $\pm 0.5\%T$, ֆոտոմետրիայի կրկնելիություն $\leq 0.2\%T$: Ֆոտոմետրիայի միջակայքը 0-0.2%T:

					Ցուցադրման համակարգը՝ LCD Էկրան: Սարքի չափսերը 370 մմ x 320 մմ x 240 մմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Bioevopeak, Hinotek Instruments կամ Infitek համարժեք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևն Հարկությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/128 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետր	INFITEK	SP-LUV75 2P	Infitek Co., Ltd.	UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետրը նախատեսված է տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն տիրույթում լույսի կլանման գրանցման համար: Ալիքի երկարության միջակայքը 190 նմ - 1100 նմ, ալիքի երկարության ճշգրտությունը ± 2 նմ, ցրված լույսի ցածր մակարդակ: Բարձր արագությամբ սկանավորում: Լույսի աղբյուր դեյտերիումային լամպ, հալոգեն վոլֆրամային լամպ: Ֆոտոմետրիայի ճշգրտությունը $\pm 0.5\%T$, ֆոտոմետրիայի կրկնելիություն $\leq 0.2\%T$: Ֆոտոմետրիայի միջակայքը 0-0.2%T:

				Ցուցադրման համակարգը՝ LCD Էկրան: Սարքի չափսերը 370 մմ x 320 մմ x 240 մմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Bioevopeak, Hinotek Instruments կամ Infitek համարժեք:
--	--	--	--	--