

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈՍ" ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Meditech (China)	Meditech (China)	EKG6A	Qingdao Meditech CO LTD (China)	ԷՍԳ շարժական 6 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4, 6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ` 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով

առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ 110մմ x 20մ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց; Բոլսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2 թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր Է, չօգտագործված; Լրակազմը

				<p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC): Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման փորձարկում և կիրառման ուսուցում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY9P4-EDXU72P-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Meditech (China)	Meditech (China)	EKG6A	Qingdao Meditech CO LTD (China)	ԷՍԳ շարժական 6 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4, 6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ` 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով

առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ 110մմ x 20մ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց; Բոլսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2 թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր Է, չօգտագործված; Լրակազմը

				<p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC): Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման փորձարկում և կիրառման ուսուցում:</p>
--	--	--	--	--