

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ	-	-	-	Առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս քան 4000պտ/ր: Խցիկը՝ չժանգոտվող մետաղից: Թվային LCD Էկրան (Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ժամանակաչափի առկայություն, կարգավորվող ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 1-99ր: Փորձանոթի խողովակի քանակը ոչ պակաս քան 12 հատ: Փորձանոթի խողովակի ծավալը ոչ պակաս քան 20մլ: Հոսանքի սնուցման աղբյուր՝ 220Վ, 50Հց: Ապահովիչների առկայություն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ИСО 13485: Առնվազն 1

				տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	--	---------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	լարորատորիական ցենտրիֆուգներ	-	-	-	Առավելագույն արագություն՝ ոչ պակաս քան 4000պտ/ր: Խցիկը՝ չժանգոտվող մետաղից: Թվային LCD էկրան (Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ժամանակաչափի առկայություն, կարգավորվող ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 1-99ր: Փորձանոթի խողովակի քանակը ոչ պակաս քան 12 հատ: Փորձանոթի խողովակի ծավալը ոչ պակաս քան 20մլ: Հոսանքի սնուցման աղբյուր՝ 220Վ, 50Հց: Ապահովիչների առկայություն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485: Առնվազն 1

				տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	--	--	---------------------------