

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	УВЧ-80-Мед ТеКо	УВЧ-80-Мед ТеКо	УВЧ-80-Мед ТеКо	Ուլտրաբարձր հաճախականությամբ ֆիզիոթերապևթիկ սարք Պարտադիր պահանջվող բնութագրերը Աշխատանքային հաճախականության թույլատրելի տիրույթը /ՄՀց/՝ $27,12 \pm 0,165$: Կարգավորումը՝ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով և սեղմակոճակներով: Ռեզոնանսի կարգավորումը պետք է կատարվի ավտոմատ: Պետք է ունենա լուսային ինդիկատոր բարձր հաճախականության գեներատորի միացման և ելքային շղթայի ռեզոնանսի աստիճանը ազդարարող: Ճառագայթման տևողության կարգավորման տիրույթը առնվազն /րոպե/՝ $1 \div 99 \pm 5$ %: Ելքային հզորությունը կարգավորվող, առնվազն 9 քայլ Էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում և առնվազն 4 քայլ ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում: Ելքային հզորության կարգավորումը

				120մմ տրամագիծ ունեցող էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ± 20%: Ելքային հզորության կարգավորումը ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./ (10; 15; 20; 30) ±20%: Սարքի չափսերը՝ 430x289x174մմ: Սարքի հետ պետք է տրվեն բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները/ այդ թվում՝ Էլեկտրոնային կառավարման միավոր- 1 հատ; Էլեկտրոդներ առնվազն երեք չափսերի /մմ./ Ø36x30h) ± 5% - 2 հատ; Ø 80x30h ± 5% - 2հատ; Ø120x30h ± 5 % - 2հատ; Ռեզոնանսային ինդուկտոր՝ աշխատանքային մասի տրամագիծը /մմ./ 80 ± 5% , հիմքի մասում տրամագիծը /մմ./ 90 ± 5% -1 հատ; միացման մալուխի երկարությունը /մմ./ 885 ± 5% Ճկվող Էլեկտրոդաբռնիչ, երակրությունը /մմ./ 860 ± 10% -2հատ; Ուլտրաբարձր Էլեկտրամագնիսական դաշտի առկայության ինդիկատոր (ԵxLxԲ) /մմ./ 165 x25 x 9 ± 5%, միացման մալուխ (ռեզոնանսային ինդուկտորի միացման համար՝ 2 հատ, մալուխի ամրակիչ 6 հատ, ՌԻԲՀ գլխարկ 1 հատ Քաշը ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները /կգ./ ոչ ավել, քան 10 : Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից, /Վ/ 220±10%; 50Հց: Սնուցող ցանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան /Վտ/ 250: Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 120 օրացուցային օրվա
--	--	--	--	--

				ընթացքում/։ Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման ձեռնարկների պահանջների։ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից։
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՄ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				