

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	<p>1.Վիրաբուժական լամպի բնութագիր Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով /700/թև /500/թև</p> <p>•Դաշտի տրամագիծ առնվազն 180-280 180-280 •D50 / D10 > 0.5 > 0.5 •Լուսավորման խորություն Ec 20%առնվազն (մմ) 1069 1340</p> <p>•Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ) առնվազ 552 603 •CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 •Լուսավորության (յուլքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000</p> <p>Պայծառության մակարդակի մարում</p>

					<p>Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) առնվազն 4000-5000 4000-5000 •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9</p> <p>•Աշխատանքային լարումը՝առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց •LED քանակ >80 >50 •Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 100ՎԱ</p> <p>•LED-ի կյանքի տևողություն (ժամեր) ≥ 50000 ≥ 50000 •լամպի գլխի հաստություն /մմ/ ոչ ավել ≤ 105 ≤ 95 •Ռադիացիոն էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² •Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.7-3.1մ</p> <p>•Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող •ստերիլիզացվող բռնակ տրամադրել 1 հատ տրամադրել 1 հատ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	<p>1.Վիրաբուժական լամպի բնութագիր Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով /700/թև /500/թև</p> <ul style="list-style-type: none"> •Դաշտի տրամագիծ առնվազն 180-280 180-280 •D50 / D10 > 0.5 > 0.5 •Լուսավորման խորություն Ec 20%առնվազն (մմ) 1069 1340 •Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ) առնվազ 552 603 •CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 •Լուսավորության (յուքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 <p>Պայծառության մակարդակի մարում</p>

					<p>Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) առնվազն 4000-5000 4000-5000 •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9</p> <p>•Աշխատանքային լարումը՝առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց •LED քանակ >80 >50 •Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 100ՎԱ</p> <p>•LED-ի կյանքի տևողություն (ժամեր) ≥ 50000 ≥ 50000 •լամպի գլխի հաստություն /մմ/ ոչ ավել ≤ 105 ≤ 95 •Ռադիացիոն էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² •Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.7-3.1մ</p> <p>•Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող •ստերիլիզացվող բռնակ տրամադրել 1 հատ տրամադրել 1 հատ</p>
--	--	--	--	--	---