

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Nanchang Micare Medical Equipment	Nanchang Micare Medical Equipment	MAX-LED S E700/500	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Բազկաթևի երկարություն՝ 700 մմ / 500 մմ Լուսային դաշտի տրամագիծ՝ 150-350 մմ / 120-280 մմ D50/D10 հարաբերակցություն՝ >0.5 Լուսավորման խորություն Ec20%՝ 1300 մմ Լուսավորման խորություն Ec60%՝ 700 մմ CRI գուևային վերարտադրման ինդեքս՝ ≥95% Լուսավորվածության կարգավորում՝ 40,000-160,000լուքս, 500 մմ գլխիկի համար՝ 60,000-140,000լուքս: Պայծառության կարգավորում՝ 9 մակարդակ Գուևային ջերմաստիճան՝ 3500-5500 K Գուևային ջերմաստիճանի

				<p>կարգավորում՝ 9 աստիճան Սնուցման լարում՝ AC 95-245 V, 50/60 Hz LED-ների քանակ՝ 82 հատ / 54 հատ Հզորություն՝ 100 VA LED- ների ծառայության ժամկետ՝ 80,000 Ժամ Գլխիկի հաստություն՝ ≤ 105 մմ / ≤ 95 մմ Ճառագայթային էներգիա՝ ≤ 364 W/m² Տեղադրման բարձրություն՝ 2.7-3.1 մ Տեղադրման եղանակ՝ առաստաղային Ստերիլիզացվող բռնակ՝ 1 հատ յուրաքանչյուր գլխիկի համար:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦПДР-26/33
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					