

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
156	Yonker	E15	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd.	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերականգնողական, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի 15" գունավոր TFT Էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային: Մարտկոցի հզորություն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո 5 րոպե անխափան աշխատանքի

				հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն 400 ցուցանիշ: Պոլսօքսիմետրիայի մալուխ-կաբել համատեղելի մանկական և նորածնային միանվագ օգտագործման տվիչներին, ինչպես նաև մեծահասակների բազմակի օգտագործման մատնային տվիչ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0 mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պոլսի հաճախության միջակայքը՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ± 3 bpm: ECG արտածումներն առնվազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250$, $\times 500$, $\times 1000$, $\times 2000$: Չգայունություն առնվազն 200 μV (գազաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը $>5 M\Omega$: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15-380 bpm: Ճշտություն $\pm 1\%$: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV $\pm 5\%$: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω: Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000: Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10-40
--	--	--	--	---

վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝
 օսցիլոմետրիկ: Ունի մանուալ, ավտոմատ և STAT
 չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման ինտերվալներ
 առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան 5
 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝
 SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg,
 մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165
 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN
 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg:
 Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման
 պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg,
 մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150
 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%:
 Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝
 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի
 ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C
 ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$
 (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ
 պարագաները՝ կարդիոմոնիտորի համար արյան
 ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Մոդուլի չափման
 տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների
 տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure
 transducer-ների աջակցում: Թարմացման
 հաճախականություն՝ իրական ժամանակում,
 շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝
 ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP)
 ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական
 ցուցադրում: Չգուշացման (alarm) կարգավորելի
 սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և

				կալիբրացիայի հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , EUC մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ 40 հատ, SpO₂ սենսոր, նորածնային՝ առնվազն 3-20կգ-ի համար, ոչ ադիեզիվ, մատնային, միանվագ օգտագործման 10 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO₂/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
156				