

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
151	KSTAR 6-FM-14	KSTAR 6-FM-14	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	Cobas Pure e 402 և Cobas Pure e 303 սարքերը սնուցող Անխափան Սնուցման Աղբյուրի (ԱՍԱ) Legrand KEOR S 6kVA համար նախատեսված մարտկոց Kstar 6-FM-14: Մարտկոցի լարումը 12V, ունակությունը 14Ah Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: ԱՍՍ-ի մարտկոցների փոխարինում, փոշեգերծում և սարքի աշխատանքի ստուգումը կիրականացվի սարքն արտադրող ընկերության սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Cobas Pure e402 և Cobas Pure c303 անալիզատորների համար նախատեսված KEOR S 6kVA անխափան սնուցման սարքի մարտկոցներ: Kstar 6-FM-14: Լարում՝ 12 V: Անվանական տարողություն՝ 14 Ah: Նախատեսված է KEOR S 6kVA ԱՍՍ-ի հետ լիարժեք համատեղելի աշխատանքի համար: Մարտկոցները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

				Մատակարարման պահին մարտկոցների մնացորդային ծառայության ժամկետը՝ 80%: Մատակարար կազմակերպությունը կիրականացնի՝ հին մարտկոցների ապամոնտաժում, նոր մարտկոցների տեղադրում, ԱՍՍ-ի ներքին փոշեզերծում, համակարգի աշխատանքի և բեռնվածության ստուգում, մարտկոցների թեստավորում: ԱՍՍ-ի մարտկոցների փոխարինումը, փոշեզերծումը և սարքի աշխատանքի ստուգումը պետք է իրականացվեն սարքն արտադրող ընկերության կամ պաշտոնական սպասարկող կազմակերպության սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից՝ համապատասխան հավաստագրի ներկայացմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մարտկոցները տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է լիարժեք աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
151				