

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
153	TRISMED	TRISMED	TRISMED CO., LTD	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի համար բազմակի օգտագործման SpO2 չափման լար SpO2 տվիչով (SpO2- sensor), և պարտադիր համատեղելի Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի հետ: Թվային 5 - կոնտակտային տվիչ է, մատին ամրացվող, մանկական, լարի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 300սմ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Տվիչի տեղադրումը և կարգավորումները իրականացվելու են մատակարար կազմակերպության կողմից: Տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է լիարժեք աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-БПР<amp ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
153				