

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
157	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)	3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության: Ամբողջական այբբենական-թվային ստեղնաշար: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: Կոմբինացված սնուցման աղբյուր: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց: Ներկառուցված ջերմատպիչի գրանցում և տպում մարտկոցից: Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն: Ներկառուցված Էկրան՝ ոչ պակաս քան 78 x 59մմ, թույլատրելիությամբ ոչ պակաս, քան 800x 480 պիքսել: Արագությունը՝ 25,50 մմ/վրկ: Չգայունությունը՝ 5, 10, 20 մմ/մվ: Արտածումների հպման ցուցիչ: Աշխատանքային մենյու՝ հիվանդի տվյալների՝ անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ, ժամ և գտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա: Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատպիչ:

Տպագրության համար նախատեսված տպիչին համապատասխան ջերմաթուղթ: Տպման արագությունը՝ 25 և 50 մմ/վրկ: Տպման զգայունությունը՝ 5, 10 և 20 մմ/մմ: ԷՍԳ զտիչներ: Միոգրաֆիկական զտիչ: Ցանցային զտիչ: Իզոգծի դրեյֆի զտիչ: Հարթեցնող զտիչ: Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի պարտադիր առկայություն: Պեյսմեյկերի որոշում ± 2 մՎ / ~ 0.1 մվկ Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը՝ 0 - 200 Hz (IEC/AHA): 12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) առնվազն 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում: Դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 Հց: Սնուցում 220Վ / 50Հց ($\pm 10\%$): Էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանություն: Առնվազն 2 USB պորտ: 5. Ներկառուցված Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n կամ ավելի բարձր) մոդուլ: Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP / SFTP պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար: Սարքը պետք է ապահովի Wi-Fi և Ethernet (LAN) կապ, DHCP և Static IP աջակցություն, ինչպես նաև ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM ձևաչափերով և փոխանցում FTP/SFTP պրոտոկոլով դեպի արտաքին սերվեր՝ համապատասխան կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների

				առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
157				