

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
42	Ալանինամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ FDC SLIDE TP որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված FUJIFILMNX600i ավտոմատ բիրոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ` 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում` NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված: Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ` 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭЧЧ-ЕУХУТДР-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
42	