ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-26/04-3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
46	Բաղադրությունը - Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավուրումը - 5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ՝ ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող (ԲՄԱ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-26/04-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
46	Բաղադրությունը - Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավուրումը - 5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ՝ ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող (ԲՄԱ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ունենա թեստ զոլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: