

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Wuhan (CHINA)	Wuhan (CHINA)	Water distiller	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ջրի թորման սարք՝ նախատեսված մաքուր թորած ջուր ստանալու համար: բուժհաստատությունների սարքավորումների, ստերիլիզացման, ատամնաբուժական կլինիկաների, կոսմետոլոգիական կլինիկաների, ռենտգենյան կաբինետների, ատամնաբուժական լաբորատորիաների, գոլորշու ռեակտիվ սարքերի համար և այլն: Գործողության սկզբունքը. ջրի գոլորշիների խտացումն առաջանում է օդափոխիչի միջոցով, խողովակաշարի սառեցման

				պատճառով: Կոնդենսատորը շարժական է և միացված է գոլորշիացման բաքին՝ օգտագործելով մալուխ: Գոլորշու հետ շփվող կոնդենսատորի ներքին հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որը երկարացնում է սարքի ծառայության ժամկետը: Գերտաքացումից պաշտպանության ավտոմատ համակարգ Արտադրողականություն ~ 1 լ/ժ. Ելքի ջրի հաղորդունակությունը «5 μS/cm: Տեխնիկական պայմաններ Տարողությունը՝ 1լ/ժ Ջրի ծախսը՝ 4-5լ Հզորությունը՝ 800 Վտ Լարումը՝ 220/110 Վ Ձերմաստիճանի դիմադրություն՝ 300 °C: Սարքը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր բաղադրամասերը/Կոմպլեկտացիա/ ջուր ընդունող անոթ : Ջրի տարայի կափարիչ: Ածխածնի ֆիլտր : Լվացող միջոց : Հիմնական հոսանքի մալուխ : Գործառնական հրահանգներ՝ անգլերեն լեզուներով : Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом XQC-ETXQWQF-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Wuhan (CHINA)	Wuhan (CHINA)	Water distiller	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ջրի թորման սարք՝ նախատեսված մաքուր թորած ջուր ստանալու համար: բուժիաստատությունների սարքավորումների, ստերիլիզացման, ատամնաբուժական կլինիկաների, կոսմետոլոգիական կլինիկաների, ռենտգենյան կաբինետների, ատամնաբուժական լաբորատորիաների, գոլորշու ռեակտիվ սարքերի համար և այլն: Գործողության սկզբունքը. ջրի գոլորշիների խտացումն առաջանում է օդափոխիչի միջոցով, խողովակաշարի սառեցման

				պատճառով: Կոնդենսատորը շարժական է և միացված է գոլորշիացման բաքին՝ օգտագործելով մալուխ: Գոլորշու հետ շփվող կոնդենսատորի ներքին հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որը երկարացնում է սարքի ծառայության ժամկետը: Գերտաքացումից պաշտպանության ավտոմատ համակարգ Արտադրողականություն ~ 1 լ/ժ. Ելքի ջրի հաղորդունակությունը «5 μS/cm: Տեխնիկական պայմաններ Տարողությունը՝ 1լ/ժ Ջրի ծախսը՝ 4-5լ Հզորությունը՝ 800 Վտ Լարումը՝ 220/110 Վ Ձերմաստիճանի դիմադրություն՝ 300 °C: Սարքը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր բաղադրամասերը/Կոմպլեկտացիա/ ջուր ընդունող անոթ : Ջրի տարայի կափարիչ: Ածխածնի ֆիլտր : Լվացող միջոց : Հիմնական հոսանքի մալուխ : Գործառնական հրահանգներ՝ անգլերեն լեզուներով : Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	---