

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Stat Profile Prime® CCS Analyzer	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	Stat Profile Prime® CCS Analyzer	Nova Biomedical Corporation /Ամերիկա	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ Բոլոր սենսորները , Էլեկտրոդները գտնվում են մեկ միկրոէլեկտրոնիկան Nova Biomedical-ի Նորարարական MicroSensor Card տեխնոլոգիայի քարթրիջային համակարգում Յուրաքանչյուր քարթրիջ պատրաստ է օգտագործման և հեշտությամբ փոխարինվում է վայրկյանների ընթացքում: Տրամաչափման քարթրիջի ծառայության ժամկետը 32 օր, Չափերը 6.4սմx5.1սմx0.6սմ Քարթրիջը ` 100 թեստ Բարկոդ

սքաներ QR կոդ կարդացող սարքի առկայություն. Չափման 10 պարամետրերը Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝ pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac Ընդունելի նմուշներ՝ ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային Նմուշի ծավալը՝ Արյան գազ 50 մկլ, Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝100 մկլ. Հաշվարկվող պարամետրերը SO<sub>2</sub>%, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, TCO<sub>2</sub>, Be-efc, Be-b, SBC, O<sub>2</sub>Ct, O<sub>2</sub>Cap, A, AaDO<sub>2</sub>, a/A, RI, PO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub>, Anion Gap\*, P50 \*, Hb Ճշգրտված ջերմաստիճանը՝ pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub> Թողունակությունը ժամում 45 նմուշ/ժամում Տպիչ՝ ներկառուցված թերմոտպիչ Ռեակտիվները կալիբրատորի թափոնների պակետ և QC, ավտոմատ կոնտրոլ պակետ 35 օր. պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12 ամիս; Ապարատի չափերը 30.5սմx36.2սմx39.06սմ,քաշը 8.167կգ. Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու

				<p>համար, USB Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը կինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) EN ISO 13485:2016 FDA EU DOC 2017/746 EU DOC 98/79/EC</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ωλσ|ηq-Ωτη ΩηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ΩC ΕΩΔΩηΩF-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					