

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Covidien	LigaSure	LigaSure	Medtronic/covidien	Նախատեսված է նվազագույն ինվազիվ (բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների) վիրաբուժության համար LS10 FT10 Էլեկտրոկուլագուլիացիոն գեներատորների համար `ծրագրային ապահովումը ոչ պակաս 3,9-4,5 -5.1 հնարավոր տարբերակներով : Կոագուլյացիոն եւ կտրման ռեժիմների առկայություն: Գործիքը բաղկացած է 1.Մասնահատող ճյուղեր 2.Ցողուն 3.Պտտվող անիվ (մոխրագույն) 4.Բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) 5.Ակտիվացման կոճակ

(մանուշակագույն) 6. Եռնյուղանի խրոց 7.Մալուխ 8.Լծակ կամ առջևի բռնակ (մոխրագույն սպիտակ) 9.Դանակի ձգան (մոխրագույն): Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն համադրելի և միասնական համակարգ: Մասնատող ճյուղերը պատված են կամ սրածայր կամ բուրձ նանո կուլագուլացիոն թաղանթով` (տրամադրել ըստ պահանջի) նվազեցնելով հյուսվածքների տերմալ վնասակարության ազդեցությունը ապահովելով նվազագույն ինվազիվ ազդեցությունը : Հյուսվածքների ֆիքսումը և մասնահատումը կատարվում է առանձին ակտիվացումներով, նախապես` ավտոմատացման եղանակով չափելով հյուսվածքի խտությունը: Ցողունի տրամագիծի առկա անհրաժեշտ չափը պետք է լինի 5 մմ; (± 1) ցողունի երկարությունը 37 սմ, . 350 աստիճան ցողունային պտույտ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից որակի հավաստագիր CE FDA , ծագման և

					համապատասխանելիության հավաստագրեր և ավտարիզացիոն նամակ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26					