

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | ԷՍԳ շարժական          | ԷՍԳ շարժական        | ԷՍԳ շարժական | ԷՍԳ շարժական           | ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ<br>արտածումներ. 12 ստանդարտ<br>արտածումներ Ձայնագրող<br>կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի<br>ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ.<br>անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8"<br>Արտածումների փոխումը. ձեռքով և<br>ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ`<br>ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ<br>Կարգաբերման ազդանշան.<br>ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ.<br>ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ<br>պարամետրերի ավտոմատ չափում<br>և ավտոմատ մեկնաբանություն,<br>բոլոր արտածումները, միջին |

ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,  
 QRS տևողություն, QT միջակայք և  
 QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]  
 կամ [V6] և S [V1], P, R, T  
 առանցքներ  
 Հաճախականությունների սահմանը,  
 Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
 պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ  
 Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան  
 0,05... 150 Հց Ձայնագրման  
 եղանակը՝ ջերմային թուղթ  
 Տարվումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ  
 Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան  
 80մմ x 30մմ Ձայնագրման  
 արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 /  
 25/50 օգտագործողի կողմից  
 ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող  
 մարտկոց Մարտկոցի գործարկման  
 ժամանակը. ոչ պակաս քան 90  
 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ  
 կամ կաբերա էլեկտրոսնուցում՝  
 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և  
 անգլերեն մենյուի առկայություն  
 Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ  
 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6  
 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների  
 էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2  
 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ.

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2. 93/42/EEC<br/>դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր<br/>անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/>անցած CE սերտիֆիկատ կամ<br/>համարժեք MDR Regulation (EU)<br/>2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր<br/>անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/>անցած FDA սերտիֆիկատ կամ<br/>համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка        | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2          | ԷՍԳ շարժական           | ԷՍԳ շարժական  | ԷՍԳ շարժական | ԷՍԳ շարժական               | Портативный электрокардиограф<br>Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: не менее чем 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: не менее чем 5, 10, 20, авто<br>Сигнал калибровки: автоматический и ручной Функции: не менее чем автоматическое измерение и автоматическая интерпретация стандартных параметров ЭКГ, всех отведений, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | скорректированного среднего HR,<br>среднего интервала RR,<br>продолжительности QRS,<br>интервала QT и интервала QTc,<br>максимального R [V5] или [V6] и S<br>[V1], осей P, R, T Диапазон частот,<br>Гц Диагностический: Защита от<br>дефибрилляции в соответствии с<br>АAMI / IEC 60601-2-25: 2011<br>Нефильтрованный не менее чем<br>0,05...150 Гц Способ записи:<br>разрешение термобумаги не менее<br>чем 8 точек мм Бумага для записи:<br>не менее чем 80 мм x 30 м Скорость<br>записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50<br>выбираемый пользователем<br>Внутренняя аккумуляторная<br>батарея Время работы от батареи:<br>не менее чем 90 мин Подключение<br>каналов стандартное или Cabrera<br>E[tc]rnu[tc]n[tc]d` 220-240 Ч, 50/60<br>Hz Наличие меню на русском и<br>английском языках Аксессуары: 1.<br>Кабель пациента 2. 6 электродов<br>для грудных конечностей 3. 4<br>электрода для конечностей 4. 1<br>флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона<br>бумаги Другие условия: Установка<br>и запуск Обучение персонала на |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 или эквивалент 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/ЕЕС сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|