

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում MobileSparkler 300C	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում MobileSparkler 300C	MobileSparkler 300C	Shenzhen Browiner Tech Co.,Ltd	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը` 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը` 40-150 կՎ mA` 10-500 մԱ տիրույթում mAs` 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում Էքսպոզիցիայի ժամանակը` 0.001 -

					8 վայրկյան միջակայքում Անոդի ջերմակրությունը՝ 300kHU Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը՝ 30 վրկ.) Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստճան Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ +/-180 աստճան LED լամպ Լազերային ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ 550-2060մմ Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը՝ 150սմ Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը մոտորիզացված է Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն Դետեկտոր,
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքային կայան Դետեկտորի չափսը՝ 14x17 դյույմ Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x2560 Պիքսելային քայք՝ 139 մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 զույգ գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 19 դյույմ, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը՝ 1280x1024 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 4GB Ունի՝ 128 ԳԲ SSD սկավառակ Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որև աշխատում է առանց Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց Այլ պարագաներ. Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն Ռենտգենյան ստենդը Նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության
--	--	--	--	--	---

					իրականացնելու համար Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար Դետեկտորի տեղադրման մասը տարբեր չափսերի է, դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորությամբ Դետեկտորի տեղադրման մասը շարժական է՝ վերև- ներքև ուղղություններով 150 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն և անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-02-00000000-2026/49 представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության իսկապատկան համապատասխան անվտանգության պարագաներ
Номер лота			Предлагаемый товар		Հրահանգների մրցույթի մասնակիցներին Մրցույթի տեխնիկական հատկությունները
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արդյունքում առաջին տեղ
4					գրադեցրած ընկերությունը
					ներկայացնելու է սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ

					ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---