

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	"Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ Բոլոր սենսորները կամ Էլեկտրոդները գտնվում են մեկ կամ տարբեր բլոկներում կախված տեխնոլոգիայից Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ` ոչ պակաս քան pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac Ընդունելի նմուշներ` ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային Նմուշի ծավալը` արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ` ոչ ավելի քան 120 մկլ Հաշվարկվող պարամետրերը` ոչ պակաս քան

SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa

Ճշգրտված ջերմաստիճանը՝ pH, PCO2, PO2 Թողունակությունը ժամում ոչ պակաս քան 30 նմուշ

Տրամաչափման քարթրիջի կամ էլեկտրոդների ծառայության ժամկետը ոչ պակաս քան 28 օր

Ռեակտիվների պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C ոչ պակաս քան 12 ամիս Քարթրիջը կամ էլեկտրոդը՝ ոչ պակաս քան 100 թեստ Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն

Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ"</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					