

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգի	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգի	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգի	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Ընդհանուր սոնոգրաֆիա, որովայնային, կմախքամկանային և հոդային հետազոտություններ, վահանագեղձ, փոքր մասնիկների և անոթների դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դույմ: Էկրանի թեքման անկյունը՝

				առնվազն 0-45 աստիճան, թողունակությունը՝ առնվազն 1024x768: Ներկառուցված մարտկոց առնվազն 1,5 ժամ առանց հոսանք աշխատանքի համար: Համակարգի քաշը ոչ ավել, քան՝ 11 կգ, ներառյալ մարտկոցները: Սկանավորման մեթոդներ՝ Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային ներխոռոչային միկրոկոնվեքս: Պատկերման ռեժիմներ՝ 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս ալիքային ռեժիմ PW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալ պատկերավորում (TSI), տրապեցանման պատկերավորում: Ցուցադրման ռեժիմների համակցում՝ 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI + PW: Հատուկ հնարավորություններ՝ Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն: Ցուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ոչ պակաս, քան երեք ընտրովի հաճախականություններ Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման հնարավորություն Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների, կմախքա-մկանային և վահանագեղձի պատկերավորման ռեժիմներում կիրառման համար Տվիչի միաժամանակ միացման
--	--	--	--	---

				համար ակտիվ կոնեկտոր անմիջապես ՈւՁ համակարգի վրա, ոչ պակաս, քան՝ 2: Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում: Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝ կարգավորվող խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 38 սմ: Պատկերի խոշորացում, ոչ պակաս քան՝ 10 անգամ: Դինամիկ տիրույթը, ոչ պակաս, քան՝ 200 դբ : Հյուսվածքային պատկերավորման օպտիմիզացիայի առնվազն 4 տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) : Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն: Գունավոր դոպլեր ռեժիմում PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 0,5-10ԿՀց: Իմպուլս-ալիքային և ուղղորդված իմպուլս-ալիքային ռեժիմներ: Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում արագության միջակայք — ոչ պակաս, քան 1-9 մ/վ: PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-16ԿՀց: Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 0,8-20 մմ: Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակայք, ոչ պակաս, քան 0,01-40 մ / վ: Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմում PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-50ԿՀց: Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում: Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում:
--	--	--	--	---

			Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց: Տվիչների լրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան 2-ից 5 ՄՀց: Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս: Էլեկտրոնային ներխոռոչային միկրոկոնվեքս տվիչ. Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան 5.0-ից 8.5 ՄՀց : Բացվածքը՝ 11 մմ-ից ոչ ավել: Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս, քան՝ 135 աստիճան: Բազմանգամյա օգտագործման բիոպսիոն ադապտեր ներխոռոչային տվիչի համար: Երաշխիք՝ ոչ պակաս, քան 24 ամիս: Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորման ամբողջական գործարկման համար: Տակդիր. Բարձրությունը ոչ պակաս քան 780մմ, լայնությունը ոչ պակաս քան 450մմ, խորությունը ոչ պակաս պակաս քան 530մմ: Տակդիրի բարձրացման առնվազն երեք մակարդակ 0-100մմ բարձրացման հնարավորությամբ: Առջևի հատվածում բռնակ, փաստաթղթերի զամբյուղ, մալուխների կախիչ: Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց (վկայականների պատճեն): • Համապատասխանություն ISO 13485 • Համապատասխանություն MDR (EU 2017/745 directive)
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПЗР-26/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				